

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA							
MANTENIMIENTO GENERAL	URGENCIAS REANIMACIÓN	N/A	N/A	ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	URGENCIAS PASILLOS (Incluye puertas y ventanas) Si aplica	N/A	N/A	ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
CUARTO DE PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	URGENCIAS CUARTO DE CANALIZACIONES	N/A	N/A	ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
CUARTO DE PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	URGENCIAS ADMISIÓN Y FACTURACIÓN	N/A	N/A	ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
CUARTO DE PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	URGENCIAS CUARTO DE PROCEDIMIENTOS	N/A	N/A	ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	URGENCIAS CAFETIN	N/A	N/A	ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	URGENCIAS CUARTO DE RESIDUOS	N/A	N/A	ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	URGENCIAS CUARTO DE CAMILLEROS	N/A	N/A	ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	URGENCIAS CUARTO ALMACENAMIENTO DE SILLAS DE RUEDAS	N/A	N/A	ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	URGENCIAS SALA MUJERES ZONA 1	N/A	N/A	ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	URGENCIAS SALA MUJERES ZONA 2 Y ESTACIÓN DE ENFERMERIA	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	URGENCIAS SALA MUJERES ZONA 3	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	URGENCIAS SALA MUJERES ZONA 4	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	URGENCIAS CUARTO DE MEDICAMENTOS SALA MUJERES	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	URGENCIAS SALA DE ESPERA PRINCIPAL (INGRESO)	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	URGENCIAS SALA DE ESPERA 1 (SILLAS AZULES)	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	URGENCIAS TRIAGE	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	COORDINACIÓN URGENCIAS	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024**

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DIRECCIÓN:

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	URGENCIAS ESTACIÓN DE ENFERMERIA SALA HOMBRES	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	URGENCIAS CUARTO DE MEDICAMENTOS SALA HOMBRES	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	URGENCIAS SALA HOMBRES ZONA 1 a 6	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	URGENCIAS SALA HOMBRES ZONA 7 a 9	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	URGENCIAS SALA HOMBRES ZONA 10	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	URGENCIAS SALA HOMBRES ZONA 11 a 13	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	URGENCIAS SALA HOMBRES ZONA 14 a 21 Y SALA DE ESPERA 2	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	URGENCIAS SALA HOMBRES ZONA 22 a 26	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	URGENCIAS SALA HOMBRES ZONA 27 a 30	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	CONSULTORIO URGENCIAS 1	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	CONSULTORIO URGENCIAS 2	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	CONSULTORIO URGENCIAS 3	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	CONSULTORIO URGENCIAS 4	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	URGENCIAS BAÑOS SALA MUJERES	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	URGENCIAS BAÑOS SALA HOMBRES	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	URGENCIAS POCETA SILLAS AZULES	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	URGENCIAS COORDINACIÓN	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	ATENCIÓN AL USUARIO	N/A	N/A	ANUAL	ENERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	FARMACIA GENERAL	N/A	N/A	ANUAL	ENERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	VENTANILLA UNICA	N/A	N/A	ANUAL	ENERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	VENTANILLA ASIGNACIÓN DE CITAS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS	N/A	N/A	ANUAL	ENERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	FISIOTERAPIA	N/A	N/A	ANUAL	ENERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	PSICOLOGÍA	N/A	N/A	ANUAL	ENERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	CAFETIN FISIOTERAPIA Y PSICOLOGIA	N/A	N/A	ANUAL	ENERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	BAÑO FISIOTERAPIA Y PSICOLOGIA	N/A	N/A	ANUAL	ENERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	TERAPIA OCUPACIONAL Y FONOAUDIOLOGÍA	N/A	N/A	ANUAL	ENERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	ALIMENTACIÓN ZONA DE PREPARACIÓN	N/A	N/A	ANUAL	ENERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	ALIMENTACIÓN CUARTO DE ASEO	N/A	N/A	ANUAL	ENERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	ALIMENTACIÓN ALMACENAMIENTO	N/A	N/A	ANUAL	ENERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	ALIMENTACIÓN DESPENSA	N/A	N/A	ANUAL	ENERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	ALIMENTACIÓN BAÑO PERSONAL	N/A	N/A	ANUAL	ENERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	ALIMENTACIÓN CUARTO DE REFRIGERACIÓN	N/A	N/A	ANUAL	ENERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	ARCHIVO CENTRAL	N/A	N/A	ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	AMBULATORIOS ESTACIÓN DE ENFERMERIA	N/A	N/A	ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	AMBULATORIOS CONSULTORIO 1	N/A	N/A	ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	AMBULATORIOS CONSULTORIO 2	N/A	N/A	ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	AMBULATORIOS CONSULTORIO 3	N/A	N/A	ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	AMBULATORIOS CONSULTORIO 4	N/A	N/A	ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	AMBULATORIOS CONSULTORIO 5	N/A	N/A	ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	AMBULATORIOS CONSULTORIO 6	N/A	N/A	ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	AMBULATORIOS CONSULTORIO 7	N/A	N/A	ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	AMBULATORIOS CONSULTORIO 8	N/A	N/A	ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	AMBULATORIOS CONSULTORIO 9	N/A	N/A	ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	AMBULATORIOS CONSULTORIO 10	N/A	N/A	ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	AMBULATORIOS CONSULTORIO 11	N/A	N/A	ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	AMBULATORIOS CARDIOLOGÍA	N/A	N/A	ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	AMBULATORIOS ECOGRAFIAS	N/A	N/A	ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	AMBULATORIOS OFICINA DE COORDINACIÓN	N/A	N/A	ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 1 ESTACIÓN DE ENFERMERÍA	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 1 CAFETIN	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 1 CUARTO DE MEDICAMENTOS	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 1 BAÑO DE PERSONAL	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 1 HABITACIÓN 1-2	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 1 HABITACIÓN 3-4	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 1 HABITACIÓN 5-6	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 1 HABITACIÓN 7-8	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 1 HABITACIÓN 9-10	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 1 HABITACIÓN 11-12	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 1 HABITACIÓN 13-14	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 1 HABITACIÓN 15-16	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 1 HABITACIÓN 17-18	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 1 HABITACIÓN 19-20	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 1 HABITACIÓN 21-22	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 1 HABITACIÓN 23-24	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 1 BAÑO DE PACIENTES	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 1 CUARTO DE ASEO	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 1 PASILLO	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 2 HABITACIÓN 1	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 2 HABITACIÓN 2	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 2 HABITACIÓN 3	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 2 CAFETIN Y VESTIER	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 2 CUBICULO 4	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 2 CUBICULO 5	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 2 CUBICULO 6	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 2 CUBICULO 7	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 2 CUBICULO 8	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 2 CUBICULO 9	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 2 CUBICULO 10	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 2 BAÑO DE PACIENTES	N/A	N/A	ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 2 POCETA	N/A	N/A	ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 2 CUARTO SUCIO	N/A	N/A	ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 2 CUARTO DE MEDICAMENTOS	N/A	N/A	ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 2 BAÑO DE PERSONAL	N/A	N/A	ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 2 ESTACIÓN DE ENFERMERIA	N/A	N/A	ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 3 ESTACIÓN DE ENFERMERIA	N/A	N/A	ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 3 CUARTO DE MEDICAMENTOS	N/A	N/A	ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 3 CUARTO INSUMOS DE ENFERMERIA	N/A	N/A	ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 3 CAFETIN	N/A	N/A	ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 3 OFICINA Y CUARTO DE MEDICOS	N/A	N/A	ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 3 BAÑO DE PERSONAL	N/A	N/A	ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024**

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DIRECCIÓN:

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 3 FACTURACIÓN	N/A	N/A	ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 3 CAMA 1	N/A	N/A	ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 3 CAMA 2	N/A	N/A	ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 3 CAMA 3	N/A	N/A	ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 3 CAMA 4	N/A	N/A	ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 3 CAMA 5	N/A	N/A	ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 3 CAMA 6	N/A	N/A	ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 3 CAMA 7	N/A	N/A	ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 3 CAMA 8	N/A	N/A	ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DIRECCIÓN:

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 3 CAMA 9	N/A	N/A	ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 3 CAMA 10	N/A	N/A	ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 3 CAMA 11	N/A	N/A	ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 3 CAMA 12	N/A	N/A	ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 3 CAMA 13	N/A	N/A	ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 3 CAMA 14	N/A	N/A	ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 3 CAMA 15	N/A	N/A	ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 3 CUARTO DE ASEO	N/A	N/A	ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 3 UNIDAD DE RESIDUOS	N/A	N/A	ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	MEDICINA INTERNA 3 PASILLOS INTERNOS	N/A	N/A	ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UNIDADES INTERMEDIAS 1er PISO (CANTIDAD 3)	N/A	N/A	ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	GESTIÓN DOCUMENTAL	N/A	N/A	ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	BAÑOS SALA DE ESPERA 1er PISO (CANTIDAD 4)	N/A	N/A	ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	OFICINA DE NUTRICIONISTA	N/A	N/A	ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	BAÑO DE PERSONAL (AL LADO DE OFICINA NUTRICIONISTA)	N/A	N/A	ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	OFICINA DE VOLUNTARIADO	N/A	N/A	ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	OFICINA FACTURACIÓN DE DEVOLUCIONES	N/A	N/A	ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	LABORATORIO FACTURACIÓN	N/A	N/A	ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	LABORATORIO SECRETARIA	N/A	N/A	ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	LABORATORIO CUBICULO 1	N/A	N/A	ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	LABORATORIO CUBICULO 2	N/A	N/A	ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	LABORATORIO CUBICULO 3	N/A	N/A	ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	LABORATORIO COORDINACIÓN	N/A	N/A	ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	LABORATORIO AREA DE UNIDAD TRANSFUSIONAL	N/A	N/A	ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	LABORATORIO AREA DE QUIMICA SANGUINEA	N/A	N/A	ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	LABORATORIO AREA DE HEMATOLOGÍA Y LECTURA	N/A	N/A	ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	LABORATORIO AREA DE HORMONAS	N/A	N/A	ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	LABORATORIO AREA DE MICROSCOPIA	N/A	N/A	ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	LABORATORIO AREA DE PROCESOS	N/A	N/A	ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	LABORATORIO AREA DE MICROBIOLOGÍA	N/A	N/A	ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	LABORATORIO CAFETÍN	N/A	N/A	ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	LABORATORIO AREA DE ARCHIVO	N/A	N/A	ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	LABORATORIO BAÑO PERSONAL	N/A	N/A	ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	LAVANDERIA	N/A	N/A	ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	PASILLOS 1re PISO	N/A	N/A	ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UNIDAD DE RESIDUOS PELIGROSOS CENTRAL	N/A	N/A	ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DIRECCIÓN:

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	UNIDAD DE RESIDUOS NO PELIGROSOS CENTRAL	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UNIDAD DE RECICLAJE	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	ALMACEN	N/A	N/A	ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	OFICINA ALMACEN	N/A	N/A	ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	BODEGA FARMACIA	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	PASILLOS EDIFICIO DE MANTENIMIENTO	N/A	N/A	ANUAL	ENERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	FACHADA PARQUEADERO INTERNO	N/A	N/A	ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	CUARTO CONDUCTORES DE AMBULANCIA	N/A	N/A	ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	CUARTO DE LAVADO DE AMBULANCIAS	N/A	N/A	ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	OFICINA DE MANTENIMIENTO	N/A	N/A	ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	FACHADA EXTERNA ENTRADAS PRINCIPALES	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	FACHADA INTERNA COSTADO PARQUEADERO PUBLICO	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	FACHADA INTERNA COSTADO CANCHA DE FUTBOL	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	AUDITORIO PRINCIPAL	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	CIRUGÍA CUARTO DE ASEO	N/A	N/A	ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	CIRUGÍA AUDITORIA DE CUENTAS Y FACTURACIÓN	N/A	N/A	ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	CIRUGÍA ADMISIÓN	N/A	N/A	ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	CIRUGÍA RECEPCIÓN	N/A	N/A	ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	CIRUGÍA VESTIER MUJ ERES	N/A	N/A	ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	CIRUGÍA OFICINA DE ENFERMERIA	N/A	N/A	ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	N/A	N/A	ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	CIRUGÍABODEGA DE INSUMOS	N/A	N/A	ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	CIRUGÍAPASILLOS	N/A	N/A	ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	CIRUGÍABAÑO PRINCIPAL DAMAS	N/A	N/A	ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	CIRUGÍAFARMACIA	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	CIRUGÍADMISIÓN PREPARACIÓN PACIENTES	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	CIRUGÍACUARTO DE MEDICOS	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	CIRUGÍA CORTA ESTANCIA	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	QUIROFANO 1	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	QUIROFANO 2	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	QUIROFANO 3	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	QUIROFANO 4	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	QUIROFANO 5	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	QUIROFANO 6	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	AREA ESTERIL (CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN)	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	AREA DE ALMACENAMIENTO (CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN)	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	AREA ENTREGA DE MATERIAL (CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN)	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	AREA DE LAVADO (CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN)	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	AREA DE PREPARACIÓN Y EMPAQUE (CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN)	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	AREA DE AUTOCLAVE 1 (CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN)	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	AREA DE AUTOCLAVE 2 (CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN)	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	OFICINA COORDINACIÓN (CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN)	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	CAFETÍN (CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN)	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	BAÑO (CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN)	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	PASILLOS (CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN)	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	ORTOPEDIA HABITACION 1-5	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	ORTOPEDIAHABITACION 6-10	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	ORTOPEDIA HABITACIÓN 11-15	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	ORTOPEDIA BAÑO Y PASILLO	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	ORTOPEDIAESTACIÓN DE ENFERMERIA	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	ORTOPEDIACUARTO DE MEDICAMENTOS	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	ORTOPEDIACUARTO DE LOCKER	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	ORTOPEDIACAFETIN	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	ORTOPEDIABAÑO DE PERSONAL	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	ORTOPEDIACUARTO DE INSUMOS	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	ORTOPEDIABODEGA	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	ORTOPEDIACUARTO DE ASEO	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	ORTOPEDIABAÑO PACIENTES	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	ORTOPEDIAPASILLO	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	QUIRURGICASCUARTO DE MEDICAMENTOS	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	QUIRURGICASPOCETA	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	QUIRURGICASBAÑO DE PERSONAL	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	QUIRURGICASESTACIÓN DE ENFERMERIA	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	QUIRURGICASHABITACIÓN 1-4	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	QUIRURGICASHABITACIÓN 5-9	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	QUIRURGICASHABITACIÓN 10-12	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	QUIRURGICASHABITACIÓN 13-14	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	QUIRURGICASBAÑO DE PACIENTES PASILLO	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	QUIRURGICASCUARTO DE ASEO	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	QUIRURGICASCUARTO DE MEDICAMENTOS	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	QUIRURGICASCUARTO ELECTRICO	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	QUIRURGICASPASILLO INTERNO	N/A	N/A	ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	PEDIATRIA CONSULTORIO DE URGENCIAS	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	PEDIATRIA CUARTO DE ASEO	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	PEDIATRIA HABITACIÓN 1	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	PEDIATRIA HABITACIÓN 2-4	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	PEDIATRIA HABITACIÓN 5-8	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	PEDIATRIA HABITACIÓN 9-12	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	PEDIATRIA HABITACIÓN 13-16	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	PEDIATRIA HABITACIÓN 17-20	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	PEDIATRIA HABITACIÓN 21-24	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	PEDIATRIA HABITACIÓN 25	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	PEDIATRIA HABITACIÓN 26-28	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	PEDIATRIA HABITACIÓN 29-31	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	PEDIATRIA CUARTO DE MEDICOS	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	PEDIATRIAREANIMACIÓN	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	PEDIATRIA ESTACIÓN DE ENFERMERIA	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	PEDIATRIA CUARTO DE MEDICAMENTOS	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	PEDIATRIA OFICINA DE MEDICOS	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	PEDIATRIA CUARTO DE INSUMOS	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	PEDIATRIA CUARTO DE ROPA SUCIA	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	PEDIATRIA CAFETIN	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	PEDIATRIA BAÑOS DE PACIENTES	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	PEDIATRIA CUARTO ELECTRICO	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	PEDIATRIA AUDITORIO	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	PEDIATRIA TRIAGE	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	OFICINA DOCENCIA SERVICIOS (AL LADO DE QUIRURGICAS)	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	PROGRAMACIÓN DE CURUGÍA	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	AUDITORIA	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	COORDINACIÓN HOSPITALIZACIÓN	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	COORDINACIÓN CIRUGÍA	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	FACTURACIÓN GESTIÓN DE AUTORIZACIONES	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	FACTURACIÓN MERCADEO	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	FACTURACIÓN ZONA 1	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	FACTURACIÓN ZONA 2	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	FACTURACIÓN ZONA 3	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	FACTURACIÓN CAFETÍN	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	FACTURACIÓN BAÑO DE PERSONAL	N/A	N/A	ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	BODEGA DE TESORERIA	N/A	N/A	ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	FINANCIERA	N/A	N/A	ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	APOYO ADMINISTRATIVO	N/A	N/A	ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	PLANEACIÓN	N/A	N/A	ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	TALENTO HUMANO	N/A	N/A	ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	CONTROL INTERNO	N/A	N/A	ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	CALIDAD	N/A	N/A	ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	CAFETÍN	N/A	N/A	ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	N/A	N/A	ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	PASILLOS AREA ADMINISTRATIVA	N/A	N/A	ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	JURIDICA	N/A	N/A	ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	TESORERIA	N/A	N/A	ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	N/A	N/A	ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	SUBDIRECCIÓN CIENTIFICA	N/A	N/A	ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	GERENCIA	N/A	N/A	ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	SALA DE ESPERA GERENCIA	N/A	N/A	ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	BAÑOS AREA ADMNISTRATIVA MUJERES	N/A	N/A	ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	BAÑOS AREA ADMNISTRATIVA HOMBRES	N/A	N/A	ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	SALA DE ESPERA CIRUGÍA	N/A	N/A	ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	PASILLOS 2do PISO	N/A	N/A	ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	GRADERIA 2do PISO	N/A	N/A	ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UNIDADES INTERMEDIAS 2do PISO (3 UNIDADES)	N/A	N/A	ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	SUBESTACIÓN	N/A	N/A	ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	PLANTA	N/A	N/A	ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	CENTRAL DE GASES MEDICINALES	N/A	N/A	ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	BODEGA DE CILINDROS DE OXIGENO	N/A	N/A	ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	MORGUE	N/A	N/A	ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DIRECCIÓN:

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI CUARTO MEDICO	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI VESTIER	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI INGRESO FAMILIARES	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI CUARTO DE ASEO	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI ROPA SUCIA	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI INFORMACIÓN	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI HABITACIÓN 1	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI HABITACIÓN 2	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI HABITACIÓN 3	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI HABITACIÓN 4	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI HABITACIÓN 5	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI HABITACIÓN 6	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI HABITACIÓN 7	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI HABITACIÓN 8	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI HABITACIÓN 9	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI HABITACIÓN 10	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI HABITACIÓN 11	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI HABITACIÓN 12	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI HABITACIÓN 13	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI HABITACIÓN 14	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI HABITACIÓN 15	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI HABITACIÓN 16	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI CUARTO EVOLUCIÓ MEDICA	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI ESTACIÓN DE ENFERMERIA	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI ROPA LIMPIA	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI TRABAJO LIMPIO	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificacion y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024
ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI TRABAJO SUCIO	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificación y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI AREA DE EQUIPOS MEDICOS	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificación y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI BAÑO	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificación y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.
MANTENIMIENTO GENERAL	UCI PASILLO INTERNOS	N/A	N/A	ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificar Humedades, Pelar Humedades, Impermeabilizar Humedades, Resanar, Realizar Ajustes Hidraulicos, Realizar Ajustes a puertas y ventanas, Identificación y cambio de tejas o arreglo de techos, Instalar o realizar ajustes a media Caña de paredes y piso, Pintar, Cambiar o corregir toma corrientes y swich, Cambio de Luminaria.

MANTENIMIENTO DE LA DOTACION
EQUIPO BIOMEDICO

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
AGITADOR DE MANZINI	LABORATORIO	2573	5659220258294	SEMESTRAL	junio diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza y lubricacion interna y externa, prueba de funcionamiento
AGITADOR DE MANZINI	LABORATORIO	2545	80012932	SEMESTRAL	junio diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza y lubricacion interna y externa, prueba de funcionamiento
ASPIRADOR	AMBULACIA BASICA	8414-3	YU22030015	SEMESTRAL	junio diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica,electricas, fugas, Limpieza interna y externa, revision o cambio de filtro y prueba de funcionamiento.
ASPIRADOR	AMBULANCIA MEDICALIZADA 1	4350	00192	SEMESTRAL	junio diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica,electricas, fugas, Limpieza interna y externa, revision o cambio de filtro y prueba de funcionamiento.
ASPIRADOR	AMBULANCIA MEDICALIZADA 2	6668	117911	SEMESTRAL	junio diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica,electricas, fugas, Limpieza interna y externa, revision o cambio de filtro y prueba de funcionamiento.
ASPIRADOR	CIRUGIA	5522	SU15D00274	SEMESTRAL	junio diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica,electricas, fugas, Limpieza interna y externa, revision o cambio de filtro y prueba de funcionamiento.
ASPIRADOR	CIRUGÍA	1553	0175	SEMESTRAL	junio diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica,electricas, fugas, Limpieza interna y externa, revision o cambio de filtro y prueba de funcionamiento.
ASPIRADOR	CIRUGÍA	7287	149599	SEMESTRAL	junio diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica,electricas, fugas, Limpieza interna y externa, revision o cambio de filtro y prueba de funcionamiento.
ASPIRADOR	CIRUGÍA	7288	149600	SEMESTRAL	junio diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica,electricas, fugas, Limpieza interna y externa, revision o cambio de filtro y prueba de funcionamiento.
ASPIRADOR	ENDOSCOPIA	5521	NR	SEMESTRAL	junio diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica,electricas, fugas, Limpieza interna y externa, revision o cambio de filtro y prueba de funcionamiento.
ASPIRADOR	ENDOSCOPIA	7286	149599	SEMESTRAL	junio diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica,electricas, fugas, Limpieza interna y externa, revision o cambio de filtro y prueba de funcionamiento.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
ASPIRADOR	MEDICINA INTERNA 1	6429	L17-19127	SEMESTRAL	junio diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica,electricas, fugas, Limpieza interna y externa, revision o cambio de filtro y prueba de funcionamiento.
ASPIRADOR	MEDICINA INTERNA 2	1821	NR	SEMESTRAL	junio diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica,electricas, fugas, Limpieza interna y externa, revision o cambio de filtro y prueba de funcionamiento.
ASPIRADOR	ORTOPEDIA	4221	NR	SEMESTRAL	junio diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica,electricas, fugas, Limpieza interna y externa, revision o cambio de filtro y prueba de funcionamiento.
ASPIRADOR	ORTOPEDIA	7284	149596	SEMESTRAL	junio diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica,electricas, fugas, Limpieza interna y externa, revision o cambio de filtro y prueba de funcionamiento.
ASPIRADOR	PEDIATRÍA	7323	L8-20-144	SEMESTRAL	junio diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica,electricas, fugas, Limpieza interna y externa, revision o cambio de filtro y prueba de funcionamiento.
ASPIRADOR	PEDIATRÍA REANIMACIÓN	7281	149593	SEMESTRAL	junio diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica,electricas, fugas, Limpieza interna y externa, revision o cambio de filtro y prueba de funcionamiento.
ASPIRADOR	QUIRÚRGICAS	7283	149595	SEMESTRAL	junio diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica,electricas, fugas, Limpieza interna y externa, revision o cambio de filtro y prueba de funcionamiento.
ASPIRADOR	UCI	6870	L6-20157	SEMESTRAL	junio diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica,electricas, fugas, Limpieza interna y externa, revision o cambio de filtro y prueba de funcionamiento.
ASPIRADOR	UCI	4222	L315	SEMESTRAL	junio diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica,electricas, fugas, Limpieza interna y externa, revision o cambio de filtro y prueba de funcionamiento.
ASPIRADOR	URGENCIAS BODEGA	7282	149594	SEMESTRAL	junio diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica,electricas, fugas, Limpieza interna y externa, revision o cambio de filtro y prueba de funcionamiento.
ASPIRADOR	URGENCIAS REANIMACIÓN	5652	NR	SEMESTRAL	junio diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica,electricas, fugas, Limpieza interna y externa, revision o cambio de filtro y prueba de funcionamiento.
ASPIRADOR	URGENCIAS REANIMACIÓN	7285	149597	SEMESTRAL	junio diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica,electricas, fugas, Limpieza interna y externa, revision o cambio de filtro y prueba de funcionamiento.
AUTOCLAVE	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	0642	110302017-002	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	Revision fisica, limpieza interna y externa, verificacion de la resistencia, empaques mangueras, mirillas, filtros. Pruebas de funcionamiento
BANDA CAMINADORA	FISIOTERAPIA	7193	210128035	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de sistema mecanico, electrico,rodamientos, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BANDA CAMINADORA	FISIOTERAPIA	7194	210128066	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de sistema mecanico, electrico,rodamientos, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BAÑO DE MARIA	LABORATORIO	2571	860831	Anual	Junio	Proveedor Externo	revision sistema electrico, inspeccion fisica, prueba de funcionamiento
BAÑO SECO	LABORATORIO	2540	1094-0158	Anual	Junio	Proveedor Externo	revision sistema electrico, inspeccion fisica, prueba de funcionamiento
BÁSCULA	ALIMENTACIÓN	6117	630076	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA	CIRUGÍA ADMISIÓN	611	NR	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	5008	180830	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	2691	NR	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	2164	NR	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	2656	1600014482	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	2697	NR	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	5841	BANM2015613	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	4312	402WA03033	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	7162	4500018228	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	7163	4500018296	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	7165	4500018305	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	7169	4500018312	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	7170	4500018315	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	7171	4500018316	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	7172	4500018317	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	7173	4500018576	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	7174	4500018590	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 1	7164	4500018303	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 2	7167	4500018310	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 3	7168	4500018311	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 4	5839	BANM2015774	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 4	7166	4500018309	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA	GESTIÓN AMBIENTAL	6134	N/A	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA	LAVANDERIA	3408	NR	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA	PEDIATRÍA	5319	402WA02670	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	5332	402WA02676	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA	URGENCIAS TRIAGE	7161	4500018111	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BASCULA DIGITAL	PEDIATRÍA	5984	8,81317E+12	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BASCULA DIGITAL	PEDIATRÍA	7320	5490027992	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BASCULA DIGITAL	PEDIATRÍA	7360	3500072343	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA PEDIATRICA	CONSULTA EXTERNA	5816	NR	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA PEDIATRICA	CONSULTA EXTERNA	5814	NR	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BÁSCULA PEDIATRICA	CONSULTA EXTERNA	5815	NR	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA PEDIATRICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7159	8354006201461	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA PEDIATRICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7160	8354006201461	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA PEDIATRICA	PEDIATRÍA	4128	NR	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA PEDIATRICA	PEDIATRÍA	5985	8,35432E+12	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BÁSCULA PEDIATRICA	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	7158	8354006200925	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, mecanica o electrica, Limpieza general, ajuste y prueba de funcionamiento con masas patron.
BICICLETA ESTÁTICA	FISIOTERAPIA	7220	N/A	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion y verificacion del sistema mecanico (pedales,bielas,soportes, guayas, bandas, rodamientos,etc) revision sistema electrico si (aplica) limpieza general, prueba de funcionamiento
BICICLETA ESTÁTICA	FISIOTERAPIA	7221	N/A	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion y verificacion del sistema mecanico (pedales,bielas,soportes, guayas, bandas, rodamientos,etc) revision sistema electrico si (aplica) limpieza general, prueba de funcionamiento
BICICLETA ESTÁTICA	FISIOTERAPIA	7222	N/A	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion y verificacion del sistema mecanico (pedales,bielas,soportes, guayas, bandas, rodamientos,etc) revision sistema electrico si (aplica) limpieza general, prueba de funcionamiento
BOMBA DE INFUSIÓN	AMBULANCIA MEDICALIZADA 1	4343	NR	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	AMBULANCIA MEDICALIZADA 2	6660	SK00432974	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	AMBULANCIA MEDICALIZADA 2	6661	SK00432976	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	CIRUGÍA	6893	2000120050311492	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	CIRUGÍA	6536	2000120050208103	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	CIRUGÍA QUIRÓFANO 3	6894	2000120050311508	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	CIRUGÍA QUIRÓFANO 3	6537	2000120050208131	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	CIRUGÍA QUIRÓFANO 4	6570	2000120050208517	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	CIRUGÍA QUIRÓFANO 5	6538	2000120050208200	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	CIRUGÍA QUIRÓFANO 5	6447	2000120050208481	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	CIRUGÍA QUIRÓFANO 6	6535	2000120050208102	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	CIRUGÍA QUIRÓFANO 6	6896	2000120050311517	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7017	90240120080683	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7018	90240120080689	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024**

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo**

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7019	90240120080691	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7020	90240120080692	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7021	90240120080695	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7022	90240120080697	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7023	90240120080698	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7024	90240120080699	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7025	90240120080706	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7026	90240120080710	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7027	90240120080711	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7028	90240120080714	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7029	90240120080717	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7030	90240120080718	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7031	90240120080719	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7032	90240120080721	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA 1	8284	21121050211	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA 1	6587	2000120050208893	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA 1	6586	2000120050208892	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA 1	6588	2000120050208894	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA 1	6589	2000120050208917	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA 1	6590	2000120050208927	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA 1	6591	2000120050208940	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA 1	6532	2000120050208019	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA 1	6919	2000120050311697	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA 1	6920	2000120050311704	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA 2	8278	21121060049	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA 2	8279	21121060056	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA 2	8280	21121060075	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA 2	8281	21121060091	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA 2	8282	21121050167	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA 2	8283	21121050186	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA 2	8285	21121050223	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA 2	8286	21121050233	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA 2	8287	21121050239	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	ORTOPEDIA	6534	2000120050208084	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	ORTOPEDIA	6546	2000120050208302	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	ORTOPEDIA	6545	2000120050208276	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	ORTOPEDIA	6547	2000120050208309	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	ORTOPEDIA	6533	2000120050208029	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	ORTOPEDIA	6926	2000120050311744	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	PEDIATRÍA	6556	2000120050208374	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	PEDIATRÍA	6900	2000120050311529	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	PEDIATRÍA	6912	2000120050311606	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	PEDIATRÍA	6915	2000120050311656	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	PEDIATRÍA	6902	2000120050311541	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	QUIRÚRGICAS	6931	2000120050310566	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	QUIRÚRGICAS	6932	2000120050310754	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	QUIRÚRGICAS	6936	2000120050310982	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	QUIRÚRGICAS	6542	2000120050208229	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	QUIRÚRGICAS	6543	2000120050208253	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	QUIRÚRGICAS	6544	2000120050208267	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024**

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo**

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	6445	2000120050208419	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	6573	2000120050208547	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6503	2000120050208329	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6495	2000120050208206	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6437	2000120050208197	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6528	2000120050208982	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6517	2000120050208898	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6446	2000120050208451	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6432	2000120050208009	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6434	2000120050208114	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6515	2000120050208887	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6448	2000120050208532	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6442	2000120050208361	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6513	2000120050208876	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6512	2000120050208867	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6510	2000120050208806	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6511	2000120050208863	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6880	2000120050311023	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6549	2000120050208325	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6592	2000120050208942	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6499	2000120050208250	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6519	2000120050208939	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6595	2000120050208949	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6436	2000120050208183	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6449	2000120050208602	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024**

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo**

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6435	2000120050208163	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6524	2000120050208968	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6576	2000120050208572	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6575	2000120050208558	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6574	2000120050208555	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6563	2000120050208457	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6498	2000120050208240	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6497	2000120050208235	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6597	2000120050208957	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6598	2000120050208959	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6559	2000120050208431	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6560	2000120050208441	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6577	2000120050208578	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6578	2000120050208583	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6579	2000120050208586	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6596	2000120050208955	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6925	2000120050311743	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6913	2000120050311609	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6897	2000120050311519	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6887	2000120050311476	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6569	2000120050208516	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6571	2000120050208519	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6572	2000120050208545	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6562	2000120050208449	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6607	2000120050208932	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6550	2000120050208340	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6551	2000120050208351	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6516	2000120050208888	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6606	2000120050208321	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6921	2000120050311708	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6883	2000120050311457	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6891	2000120050311485	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6889	2000120050311483	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6916	2000120050311657	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6924	2000120050311719	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6439	2000120050208337	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6910	2000120050311584	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6928	2000120050311769	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6922	2000120050311709	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6885	2000120050311471	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6933	2000120050310946	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6610	2000120050208523	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6605	2000120050208997	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6608	2000120050208033	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6609	2000120050208409	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6558	2000120050208430	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6908	2000120050311569	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6491	2000120050107972	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6438	2000120050208245	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6881	2000120050311215	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6923	2000120050311718	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6906	2000120050311560	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6882	2000120050311296	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6898	2000120050311523	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6557	2000120050208390	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6502	2000120050208328	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6907	2000120050311564	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6905	2000120050311559	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6914	2000120050311614	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6909	2000120050311580	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6935	2000120050310973	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6520	2000120050208941	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6506	2000120050208435	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6568	2000120050208511	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6451	2000120050208991	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6929	2000120050311771	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6555	2000120050208365	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6505	2000120050208423	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6878	2000120050311006	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6884	2000120050311463	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6899	2000120050311526	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6918	2000120050311680	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6443	2000120050208397	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6450	2000120050208878	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6525	2000120050208969	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6526	2000120050208975	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6527	2000120050208981	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6561	2000120050208443	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6904	2000120050311549	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6917	2000120050311659	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6523	2000120050208961	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6879	2000120050311009	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6895	2000120050311509	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6903	2000120050311548	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6930	2000120050311779	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6934	2000120050310964	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6937	2000120050310992	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6530	2000120050209000	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6521	2000120050208944	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6522	2000120050208952	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6553	2000120050208356	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6552	2000120050208353	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6444	2000120050208406	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6441	2000120050208352	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6565	2000120050208471	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6566	2000120050208472	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6567	2000120050208508	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6580	2000120050208851	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6581	2000120050208854	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6583	2000120050208865	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024**

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo**

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6585	2000120050208885	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6584	2000120050208877	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6440	2000120050208338	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6493	2000120050208088	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6564	2000120050208464	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6582	2000120050208855	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6500	2000120050208277	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6504	2000120050208378	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6492	2000120050208038	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6507	2000120050208445	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6554	2000120050208362	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6494	2000120050208181	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6518	2000120050208936	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6529	2000120050208989	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6593	2000120050208943	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6911	2000120050311589	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6901	2000120050311537	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6496	2000120050208212	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6501	2000120050208317	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6508	2000120050208470	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6599	2000120050208965	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6600	2000120050208971	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6601	2000120050208914	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6602	2000120050208983	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6603	2000120050208984	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6604	2000120050208993	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6541	2000120050208219	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6927	2000120050311746	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6886	2000120050311470	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6892	2000120050311488	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6548	2000120050208311	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6531	2000120050107971	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6594	2000120050208947	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6890	2000120050311484	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6540	2000120050208213	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6888	2000120050311480	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
CAMINADORA ELÉCTRICA	FISIOTERAPIA BODEGA	4722	CC120171000	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de sistema mecanico, electrico,rodamientos, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.
CAPNÓGRAFO	CIRUGÍA QUIRÓFANO 1	3942	ASEB-0102	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema electronico, chequeo de trampa de agua,linea de muestreo, filtros,sensor mainstream, chequeo de alarmas.
CENTRIFUGA	LABORATORIO	7203	DP2007142	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Limpieza interna y externa, revision de sistema mecanico, revision de escobillas (si aplica) prueba de funcionamiento.
CENTRIFUGA	LABORATORIO	7204	DP2007146	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Limpieza interna y externa, revision de sistema mecanico, revision de escobillas (si aplica) prueba de funcionamiento.
CICLOERGOMETRO DE MIEMBRO SUPERIOR	TERAPIA FISICA	6025	NR	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Limpieza externa, lubricacion de pedal
CICLOERGOMETRO DE MIEMBRO SUPERIOR	UCI	6026	NR	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Limpieza externa, lubricacion de pedal
COLPOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	2190	4519	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	inspeccion fisica, limpieza de sistema optico,revision del sistema electrico, verificacion de variacion de luz, desplazamientos mecanicos para movimientos suaves,comprobacion de apertura de iris, limpieza general y prueba de funcionamiento.
DEFIBRILADOR	AMBULANCIA MEDICALIZADA 1	6709	EZ-03035176	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, verificacion de componentes electricos y electronicos, funcionamiento de ECG con equipo patron, estado de las palas,cable de ECG, verificacion de alarmas, funcionamiento de carga y descarga, funcionamiento de bateria, prueba de funcionamiento en todos los modos con equipo patron
DEFIBRILADOR	AMBULANCIA MEDICALIZADA 2	6658	4,56862E+11	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, verificacion de componentes electricos y electronicos, funcionamiento de ECG con equipo patron, estado de las palas,cable de ECG, verificacion de alarmas, funcionamiento de carga y descarga, funcionamiento de bateria, prueba de funcionamiento en todos los modos con equipo patron
DEFIBRILADOR	CIRUGIA	8066	EZ-04039887	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, verificacion de componentes electricos y electronicos, funcionamiento de ECG con equipo patron, estado de las palas,cable de ECG, verificacion de alarmas, funcionamiento de carga y descarga, funcionamiento de bateria, prueba de funcionamiento en todos los modos con equipo patron

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024**

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo**

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
DESFIBRILADOR	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	1701	02127	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, verificacion de componentes electricos y electronicos, funcionamiento de ECG con equipo patron, estado de las palas,cable de ECG, verificacion de alarmas, funcionamiento de carga y descarga, funcionamiento de bateria, prueba de funcionamiento en todos los modos con equipo patron
DESFIBRILADOR	ENDOSCOPIA	8317	EZ-04039878	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, verificacion de componentes electricos y electronicos, funcionamiento de ECG con equipo patron, estado de las palas,cable de ECG, verificacion de alarmas, funcionamiento de carga y descarga, funcionamiento de bateria, prueba de funcionamiento en todos los modos con equipo patron
DESFIBRILADOR	MEDICINA INTERNA 1	6770	EZ-03035165	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, verificacion de componentes electricos y electronicos, funcionamiento de ECG con equipo patron, estado de las palas,cable de ECG, verificacion de alarmas, funcionamiento de carga y descarga, funcionamiento de bateria, prueba de funcionamiento en todos los modos con equipo patron
DESFIBRILADOR	MEDICINA INTERNA 2	7316	EZ-05042196	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, verificacion de componentes electricos y electronicos, funcionamiento de ECG con equipo patron, estado de las palas,cable de ECG, verificacion de alarmas, funcionamiento de carga y descarga, funcionamiento de bateria, prueba de funcionamiento en todos los modos con equipo patron
DESFIBRILADOR	ORTOPEDIA	7206	EZ-14060873	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, verificacion de componentes electricos y electronicos, funcionamiento de ECG con equipo patron, estado de las palas,cable de ECG, verificacion de alarmas, funcionamiento de carga y descarga, funcionamiento de bateria, prueba de funcionamiento en todos los modos con equipo patron
DESFIBRILADOR	PEDIATRÍA REANIMACIÓN	7208	EZ-14060894	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, verificacion de componentes electricos y electronicos, funcionamiento de ECG con equipo patron, estado de las palas,cable de ECG, verificacion de alarmas, funcionamiento de carga y descarga, funcionamiento de bateria, prueba de funcionamiento en todos los modos con equipo patron
DESFIBRILADOR	QUIRÚRGICAS	7207	EZ-14060887	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, verificacion de componentes electricos y electronicos, funcionamiento de ECG con equipo patron, estado de las palas,cable de ECG, verificacion de alarmas, funcionamiento de carga y descarga, funcionamiento de bateria, prueba de funcionamiento en todos los modos con equipo patron
DESFIBRILADOR	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	4216	US71306252	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, verificacion de componentes electricos y electronicos, funcionamiento de ECG con equipo patron, estado de las palas,cable de ECG, verificacion de alarmas, funcionamiento de carga y descarga, funcionamiento de bateria, prueba de funcionamiento en todos los modos con equipo patron
DESFIBRILADOR	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	0257	3737A23542	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, verificacion de componentes electricos y electronicos, funcionamiento de ECG con equipo patron, estado de las palas,cable de ECG, verificacion de alarmas, funcionamiento de carga y descarga, funcionamiento de bateria, prueba de funcionamiento en todos los modos con equipo patron
DESFIBRILADOR	UCI	6691	EZ-03035186	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, verificacion de componentes electricos y electronicos, funcionamiento de ECG con equipo patron, estado de las palas,cable de ECG, verificacion de alarmas, funcionamiento de carga y descarga, funcionamiento de bateria, prueba de funcionamiento en todos los modos con equipo patron
DESFIBRILADOR	URGENCIAS REANIMACIÓN	10163776	142614110009	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, verificacion de componentes electricos y electronicos, funcionamiento de ECG con equipo patron, estado de las palas,cable de ECG, verificacion de alarmas, funcionamiento de carga y descarga, funcionamiento de bateria, prueba de funcionamiento en todos los modos con equipo patron
DESFIBRILADOR	URGENCIAS REANIMACIÓN	7209	EZ-14060910	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, verificacion de componentes electricos y electronicos, funcionamiento de ECG con equipo patron, estado de las palas,cable de ECG, verificacion de alarmas, funcionamiento de carga y descarga, funcionamiento de bateria, prueba de funcionamiento en todos los modos con equipo patron

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
DESFIBRILADOR DEA	AMBULACIA BASICA	8414-2	DEF202096	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, verificacion de componentes electricos y electronicos, funcionamiento de ECG con equipo patron, estado de las palas,cable de ECG, verificacion de alarmas, funcionamiento de carga y descarga, funcionamiento de bateria, prueba de funcionamiento en todos los modos con equipo patron
DOPPLER FETAL	ALMACÉN	6271	560054-M19909180023	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, verificacion del sistema electronico, transductor, control de volumen, bateria, limpieza general y prueba de funcionamiento.
DOPPLER FETAL	ALMACÉN	6272	560054-M19909180024	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, verificacion del sistema electronico, transductor, control de volumen, bateria, limpieza general y prueba de funcionamiento.
DOPPLER FETAL	CONSULTA EXTERNA	5525	BPG-60100	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, verificacion del sistema electronico, transductor, control de volumen, bateria, limpieza general y prueba de funcionamiento.
DOPPLER FETAL	CONSULTA EXTERNA	3937	NR	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, verificacion del sistema electronico, transductor, control de volumen, bateria, limpieza general y prueba de funcionamiento.
DOPPLER FETAL	URGENCIAS	5524	PPG-20105	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, verificacion del sistema electronico, transductor, control de volumen, bateria, limpieza general y prueba de funcionamiento.
ECOGRAFO	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	6358	729840129	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza externa, revision de transductores y prueba de funcionamiento
ECOGRAFO	CIRUGÍA	8086	3249523217	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza externa, revision de transductores y prueba de funcionamiento
ECOGRAFO	CONSULTA EXTERNA	7350	4012847	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza externa, revision de transductores y prueba de funcionamiento
ECOGRAFO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8087	324859767	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza externa, revision de transductores y prueba de funcionamiento
ECOGRAFO	UCI	6972	729341305	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza externa, revision de transductores y prueba de funcionamiento
ELECTROBISTURI	CIRUGÍA	7956	ELT210800205	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision del sistema electrico y electronico, tablero, chequeo de alarmas audibles y visuales, verificacion de potencia en coagulacion y corte.
ELECTROBISTURI	CIRUGÍA	7957	ELT210800206	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision del sistema electrico y electronico, tablero, chequeo de alarmas audibles y visuales, verificacion de potencia en coagulacion y corte.
ELECTROBISTURI	CIRUGÍA QUIRÓFANO 1	7955	ELT210800204	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision del sistema electrico y electronico, tablero, chequeo de alarmas audibles y visuales, verificacion de potencia en coagulacion y corte.
ELECTROBISTURI	CIRUGÍA QUIRÓFANO 1	1551	F5L29098T	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision del sistema electrico y electronico, tablero, chequeo de alarmas audibles y visuales, verificacion de potencia en coagulacion y corte.
ELECTROBISTURI	CIRUGÍA QUIRÓFANO 3	3785	S3E08836AX	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision del sistema electrico y electronico, tablero, chequeo de alarmas audibles y visuales, verificacion de potencia en coagulacion y corte.
ELECTROBISTURI	CIRUGÍA QUIRÓFANO 4	7191	ELT210100297	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision del sistema electrico y electronico, tablero, chequeo de alarmas audibles y visuales, verificacion de potencia en coagulacion y corte.
ELECTROBISTURI	CIRUGÍA QUIRÓFANO 5	7192	ELT210100298	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision del sistema electrico y electronico, tablero, chequeo de alarmas audibles y visuales, verificacion de potencia en coagulacion y corte.
ELECTROBISTURI	CIRUGÍA QUIRÓFANO 6	1616	F6D46003A	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision del sistema electrico y electronico, tablero, chequeo de alarmas audibles y visuales, verificacion de potencia en coagulacion y corte.
ELECTROBISTURI	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	1575	F5L29114T	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision del sistema electrico y electronico, tablero, chequeo de alarmas audibles y visuales, verificacion de potencia en coagulacion y corte.
ELECTROBISTURI	TALLER GESTION TECNOLÓGICA	5599	144466001	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision del sistema electrico y electronico, tablero, chequeo de alarmas audibles y visuales, verificacion de potencia en coagulacion y corte.
ELECTROCARDIÓGRAFO	CIRUGÍA	7297	360625-M21410570033	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspección del estado del cable paciente, leads, electrodos de succión (chupas) y pinzas (clamp), funcionamiento de bateria, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento con equipo patron.
ELECTROCARDIÓGRAFO	CONSULTA EXTERNA	6835	360251M20606280015	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspección del estado del cable paciente, leads, electrodos de succión (chupas) y pinzas (clamp), funcionamiento de bateria, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento con equipo patron.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DIRECCIÓN:

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
ELECTROCARDÍOGRAFO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7296	360625-M21410570031	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspección del estado del cable paciente, leads, electrodos de succión (chupas) y pinzas (clamp), funcionamiento de batería, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento con equipo patron.
ELECTROCARDÍOGRAFO	MEDICINA INTERNA 1	7292	360625-M21410570010	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspección del estado del cable paciente, leads, electrodos de succión (chupas) y pinzas (clamp), funcionamiento de batería, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento con equipo patron.
ELECTROCARDÍOGRAFO	MEDICINA INTERNA 2	7295	360625-M21410570028	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspección del estado del cable paciente, leads, electrodos de succión (chupas) y pinzas (clamp), funcionamiento de batería, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento con equipo patron.
ELECTROCARDÍOGRAFO	ORTOPEDIA	7294	360625-M21410570027	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspección del estado del cable paciente, leads, electrodos de succión (chupas) y pinzas (clamp), funcionamiento de batería, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento con equipo patron.
ELECTROCARDÍOGRAFO	PEDIATRÍA	7291	360625-M21410570009	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspección del estado del cable paciente, leads, electrodos de succión (chupas) y pinzas (clamp), funcionamiento de batería, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento con equipo patron.
ELECTROCARDÍOGRAFO	QUIRÚRGICAS	7293	360625-M21410570025	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspección del estado del cable paciente, leads, electrodos de succión (chupas) y pinzas (clamp), funcionamiento de batería, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento con equipo patron.
ELECTROCARDÍOGRAFO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	5517	400005	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspección del estado del cable paciente, leads, electrodos de succión (chupas) y pinzas (clamp), funcionamiento de batería, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento con equipo patron.
ELECTROCARDÍOGRAFO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	5519	8809276942579	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspección del estado del cable paciente, leads, electrodos de succión (chupas) y pinzas (clamp), funcionamiento de batería, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento con equipo patron.
ELECTROCARDÍOGRAFO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	5518	8,80928E+12	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspección del estado del cable paciente, leads, electrodos de succión (chupas) y pinzas (clamp), funcionamiento de batería, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento con equipo patron.
ELECTROCARDÍOGRAFO	UCI	6430	M19C14370010	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspección del estado del cable paciente, leads, electrodos de succión (chupas) y pinzas (clamp), funcionamiento de batería, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento con equipo patron.
ELECTROCARDÍOGRAFO	URGENCIAS	7298	360625-M21410570040	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspección del estado del cable paciente, leads, electrodos de succión (chupas) y pinzas (clamp), funcionamiento de batería, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento con equipo patron.
ELECTROCAUTERIO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	2679	AA3310047	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision del sistema electrico y electronico, tablero, chequeo de alarmas audibles y visuales, verificacion de potencia en coagulacion y corte.
EQUIPO DE ALTO FLUJO	UCI	8240	210524278536	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revsion de filtro, ajuste de parametros y alarmas(si es requerido)
EQUIPO DE ALTO FLUJO	UCI	8241	210524278538	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revsion de filtro, ajuste de parametros y alarmas(si es requerido)
EQUIPO DE ALTO FLUJO	UCI	8242	210524278539	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revsion de filtro, ajuste de parametros y alarmas(si es requerido)
EQUIPO DE ALTO FLUJO	UCI	8243	210524278644	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revsion de filtro, ajuste de parametros y alarmas(si es requerido)
EQUIPO DE ALTO FLUJO	UCI	6975	210218248205	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revsion de filtro, ajuste de parametros y alarmas(si es requerido)
EQUIPO DE ALTO FLUJO	UCI	6976	210218248206	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revsion de filtro, ajuste de parametros y alarmas(si es requerido)
EQUIPO DE ALTO FLUJO	UCI	6977	210218248207	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revsion de filtro, ajuste de parametros y alarmas(si es requerido)

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024**

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo**

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
EQUIPO DE ALTO FLUJO	UCI	6978	210218248208	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revsion de filtro, ajuste de parametros y alarmas(si es requerido)
EQUIPO DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8248	38906	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, ajuste de parametros y alarmas(si es requerido), limpieza externa
EQUIPO DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS	LABORATORIO	7359	22372	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, ajuste de parametros y alarmas(si es requerido), limpieza externa
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	AMBULANCIA MEDICALIZADA 1	4340	NR	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	Revison de bombillo, bateria, cabezal del oftalmoscopio y otoscopio, limpieza general y prueba de funcionamiento
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	AMBULANCIA MEDICALIZADA 2	6659	720409-1	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	Revison de bombillo, bateria, cabezal del oftalmoscopio y otoscopio, limpieza general y prueba de funcionamiento
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	CONSULTA EXTERNA	7197	N/A	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	Revison de bombillo, bateria, cabezal del oftalmoscopio y otoscopio, limpieza general y prueba de funcionamiento
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	CONSULTA EXTERNA	7198	N/A	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	Revison de bombillo, bateria, cabezal del oftalmoscopio y otoscopio, limpieza general y prueba de funcionamiento
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	CONSULTA EXTERNA	7199	N/A	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	Revison de bombillo, bateria, cabezal del oftalmoscopio y otoscopio, limpieza general y prueba de funcionamiento
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	CONSULTA EXTERNA	7200	N/A	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	Revison de bombillo, bateria, cabezal del oftalmoscopio y otoscopio, limpieza general y prueba de funcionamiento
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	CONSULTA EXTERNA	7352	103656	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	Revison de bombillo, bateria, cabezal del oftalmoscopio y otoscopio, limpieza general y prueba de funcionamiento
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	CONSULTA EXTERNA	7353	103657	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	Revison de bombillo, bateria, cabezal del oftalmoscopio y otoscopio, limpieza general y prueba de funcionamiento
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	CONSULTA EXTERNA	7354	103658	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	Revison de bombillo, bateria, cabezal del oftalmoscopio y otoscopio, limpieza general y prueba de funcionamiento
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	CONSULTA EXTERNA	7356	103660	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	Revison de bombillo, bateria, cabezal del oftalmoscopio y otoscopio, limpieza general y prueba de funcionamiento
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	CONSULTA EXTERNA	2750	NR	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	Revison de bombillo, bateria, cabezal del oftalmoscopio y otoscopio, limpieza general y prueba de funcionamiento
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	CONSULTA EXTERNA	5820	NR	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	Revison de bombillo, bateria, cabezal del oftalmoscopio y otoscopio, limpieza general y prueba de funcionamiento
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 1	7351	103655	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	Revison de bombillo, bateria, cabezal del oftalmoscopio y otoscopio, limpieza general y prueba de funcionamiento
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 2	7358	103664	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	Revison de bombillo, bateria, cabezal del oftalmoscopio y otoscopio, limpieza general y prueba de funcionamiento
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 3	7357	103662	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	Revison de bombillo, bateria, cabezal del oftalmoscopio y otoscopio, limpieza general y prueba de funcionamiento
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	HOMECARE	5989	NR	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	Revison de bombillo, bateria, cabezal del oftalmoscopio y otoscopio, limpieza general y prueba de funcionamiento
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	PEDIATRÍA	7201	N/A	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	Revison de bombillo, bateria, cabezal del oftalmoscopio y otoscopio, limpieza general y prueba de funcionamiento
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	PEDIATRÍA	7202	N/A	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	Revison de bombillo, bateria, cabezal del oftalmoscopio y otoscopio, limpieza general y prueba de funcionamiento
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	PEDIATRÍA	3941	NR	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	Revison de bombillo, bateria, cabezal del oftalmoscopio y otoscopio, limpieza general y prueba de funcionamiento
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	URGENCIAS	6092	NR	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	Revison de bombillo, bateria, cabezal del oftalmoscopio y otoscopio, limpieza general y prueba de funcionamiento
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	URGENCIAS CONSL1	7218	102208	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	Revison de bombillo, bateria, cabezal del oftalmoscopio y otoscopio, limpieza general y prueba de funcionamiento
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	URGENCIAS COORDINACIÓN	6093	NR	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	Revison de bombillo, bateria, cabezal del oftalmoscopio y otoscopio, limpieza general y prueba de funcionamiento
EQUIPO DE VIDEO DE URODINAMIA	URODINAMIA	5604	SP-B0815/134	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de cables para transductor.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
ESPIRÓMETRO	CONSULTA EXTERNA	3818	A23-053	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, cambio de filtros, chequeo de impresora, verificacion de fugas y prueba de funcionamiento
ESTERILIZADOR (OXIDO ETILENO)	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	0656	NR	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Revisión y limpieza sistema electrónico. (Revisión de la tarjeta electrónica, terminales, conectores, teclado, display). Revisión del sistema eléctrico. (Resistencias de calentamiento, cable de potencia, fusibles). Revisión y limpieza de válvula de seguridad, válvula de descarga aire.
FRONTOLUZ	CIRUGÍA	7003	SN004503	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Limpieza general, revision de bombillo, bateria, adaptador de red y prueba de funcionamiento
FRONTOLUZ	CIRUGÍA	7004	SN004505	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Limpieza general, revision de bombillo, bateria, adaptador de red y prueba de funcionamiento
FRONTOLUZ	CIRUGÍA	3812	NR	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Limpieza general, revision de bombillo, bateria, adaptador de red y prueba de funcionamiento
FRONTOLUZ	CIRUGÍA	3811	NR	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Limpieza general, revision de bombillo, bateria, adaptador de red y prueba de funcionamiento
FRONTOLUZ	CONSULTA EXTERNA	7005	SN004506	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Limpieza general, revision de bombillo, bateria, adaptador de red y prueba de funcionamiento
FRONTOLUZ	CONSULTA EXTERNA	7006	SN004507	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Limpieza general, revision de bombillo, bateria, adaptador de red y prueba de funcionamiento
FRONTOLUZ	CONSULTA EXTERNA	2749	NP	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Limpieza general, revision de bombillo, bateria, adaptador de red y prueba de funcionamiento
FRONTOLUZ	CONSULTA EXTERNA	3815	1071004932	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Limpieza general, revision de bombillo, bateria, adaptador de red y prueba de funcionamiento
FUENTE DE LUZ	CIRUGÍA	NR	11H008414	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, verificacion de funcionamiento de bombillo halogeno, extractor de calor, funcionamiento de control de intensidad. Prueba de funcionamiento.
FUENTE DE LUZ	CIRUGÍA	4086	RV 2482	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, verificacion de funcionamiento de bombillo halogeno, extractor de calor, funcionamiento de control de intensidad. Prueba de funcionamiento.
FUENTE DE LUZ	ENDOSCOPIA	1739	8401819	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, verificacion de funcionamiento de bombillo halogeno, extractor de calor, funcionamiento de control de intensidad. Prueba de funcionamiento.
FUENTE DE LUZ	ENDOSCOPIA	2906	134/J1	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, verificacion de funcionamiento de bombillo halogeno, extractor de calor, funcionamiento de control de intensidad. Prueba de funcionamiento.
HIDROCOLECTOR	FISIOTERAPIA	2321	NR	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Limpieza general, revision del sistema electrico y prueba de funcionamiento
INCUBADORA	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	0684	301955	SEMESTRAL	Mayo Noviembre	Proveedor Externo	Limpieza general, revision del sistema electronico, prueba de funcionamiento
INCUBADORA	LABORATORIO	2580	22AR-2	SEMESTRAL	Mayo Noviembre	Proveedor Externo	Limpieza general, revision del sistema electronico, prueba de funcionamiento
INCUBADORA	LABORATORIO	2411	NR	SEMESTRAL	Mayo Noviembre	Proveedor Externo	Limpieza general, revision del sistema electronico, prueba de funcionamiento
INFUSOR DE SOLUCIONES	CIRUGÍA	5755	170623182	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Revision fisica de manometro, bolsa de caucho estuche para solucion, pera insufladora, limpieza general, prueba de funcionamiento y estanquidad.
INFUSOR DE SOLUCIONES	CIRUGÍA	5758	170221324	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Revision fisica de manometro, bolsa de caucho estuche para solucion, pera insufladora, limpieza general, prueba de funcionamiento y estanquidad.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	6851	2007027195	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Revision fisica de manometro, bolsa de caucho estuche para solucion, pera insufladora, limpieza general, prueba de funcionamiento y estanquidad.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	6847	2007024682	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Revision fisica de manometro, bolsa de caucho estuche para solucion, pera insufladora, limpieza general, prueba de funcionamiento y estanquidad.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	6849	2007024684	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Revision fisica de manometro, bolsa de caucho estuche para solucion, pera insufladora, limpieza general, prueba de funcionamiento y estanquidad.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	5757	170221319	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Revision fisica de manometro, bolsa de caucho estuche para solucion, pera insufladora, limpieza general, prueba de funcionamiento y estanquidad.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	5753	170623207	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Revisión física de manómetro, bolsa de caucho estuche para solución, pera insufladora, limpieza general, prueba de funcionamiento y estanquidad.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	6858	2007027203	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Revisión física de manómetro, bolsa de caucho estuche para solución, pera insufladora, limpieza general, prueba de funcionamiento y estanquidad.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	6862	2007027207	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Revisión física de manómetro, bolsa de caucho estuche para solución, pera insufladora, limpieza general, prueba de funcionamiento y estanquidad.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	6863	2007027208	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Revisión física de manómetro, bolsa de caucho estuche para solución, pera insufladora, limpieza general, prueba de funcionamiento y estanquidad.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	6854	2007027198	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Revisión física de manómetro, bolsa de caucho estuche para solución, pera insufladora, limpieza general, prueba de funcionamiento y estanquidad.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	6857	2007027202	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Revisión física de manómetro, bolsa de caucho estuche para solución, pera insufladora, limpieza general, prueba de funcionamiento y estanquidad.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	6859	2007027204	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Revisión física de manómetro, bolsa de caucho estuche para solución, pera insufladora, limpieza general, prueba de funcionamiento y estanquidad.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	6861	2007027206	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Revisión física de manómetro, bolsa de caucho estuche para solución, pera insufladora, limpieza general, prueba de funcionamiento y estanquidad.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	6845	2007024680	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Revisión física de manómetro, bolsa de caucho estuche para solución, pera insufladora, limpieza general, prueba de funcionamiento y estanquidad.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	6848	2007024683	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Revisión física de manómetro, bolsa de caucho estuche para solución, pera insufladora, limpieza general, prueba de funcionamiento y estanquidad.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	6868	200926754	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Revisión física de manómetro, bolsa de caucho estuche para solución, pera insufladora, limpieza general, prueba de funcionamiento y estanquidad.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	6867	200926731	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Revisión física de manómetro, bolsa de caucho estuche para solución, pera insufladora, limpieza general, prueba de funcionamiento y estanquidad.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	6866	200926752	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Revisión física de manómetro, bolsa de caucho estuche para solución, pera insufladora, limpieza general, prueba de funcionamiento y estanquidad.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	6865	200926759	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Revisión física de manómetro, bolsa de caucho estuche para solución, pera insufladora, limpieza general, prueba de funcionamiento y estanquidad.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	7139	NR	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Revisión física de manómetro, bolsa de caucho estuche para solución, pera insufladora, limpieza general, prueba de funcionamiento y estanquidad.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	7140	NR	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Revisión física de manómetro, bolsa de caucho estuche para solución, pera insufladora, limpieza general, prueba de funcionamiento y estanquidad.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	7136	NR	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Revisión física de manómetro, bolsa de caucho estuche para solución, pera insufladora, limpieza general, prueba de funcionamiento y estanquidad.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	7137	NR	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Revisión física de manómetro, bolsa de caucho estuche para solución, pera insufladora, limpieza general, prueba de funcionamiento y estanquidad.
LAMPARA AUXILIAR	CONSULTA EXTERNA	7144	NR	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	revisión de bombillo, chequeo de cable de red, inspección física, limpieza general y prueba de funcionamiento
LAMPARA AUXILIAR	CONSULTA EXTERNA	7145	NR	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	revisión de bombillo, chequeo de cable de red, inspección física, limpieza general y prueba de funcionamiento
LAMPARA AUXILIAR	CONSULTA EXTERNA	7146	NR	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	revisión de bombillo, chequeo de cable de red, inspección física, limpieza general y prueba de funcionamiento
LAMPARA AUXILIAR	CONSULTA EXTERNA	7147	NR	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	revisión de bombillo, chequeo de cable de red, inspección física, limpieza general y prueba de funcionamiento
LAMPARA AUXILIAR	CONSULTA EXTERNA	7149	NR	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	revisión de bombillo, chequeo de cable de red, inspección física, limpieza general y prueba de funcionamiento
LAMPARA AUXILIAR	CONSULTA EXTERNA	7152	NR	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	revisión de bombillo, chequeo de cable de red, inspección física, limpieza general y prueba de funcionamiento
LAMPARA AUXILIAR	CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 1	7151	NR	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	revisión de bombillo, chequeo de cable de red, inspección física, limpieza general y prueba de funcionamiento

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
LAMPARA AUXILIAR	CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 2	7148	NR	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	revisión de bombillo, chequeo de cable de red, inspección física, limpieza general y prueba de funcionamiento
LAMPARA AUXILIAR	CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 3	7150	NR	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	revisión de bombillo, chequeo de cable de red, inspección física, limpieza general y prueba de funcionamiento
LAMPARA AUXILIAR	CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 4	7143	NR	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	revisión de bombillo, chequeo de cable de red, inspección física, limpieza general y prueba de funcionamiento
LAMPARA AUXILIAR	ENDOSCOPIA	7153	NR	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	revisión de bombillo, chequeo de cable de red, inspección física, limpieza general y prueba de funcionamiento
LAMPARA AUXILIAR	URGENCIAS CONSL2	7155	NR	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	revisión de bombillo, chequeo de cable de red, inspección física, limpieza general y prueba de funcionamiento
LAMPARA AUXILIAR	URGENCIAS CONSL3	7156	NR	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	revisión de bombillo, chequeo de cable de red, inspección física, limpieza general y prueba de funcionamiento
LAMPARA AUXILIAR	URGENCIAS CONSL4	7157	NR	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	revisión de bombillo, chequeo de cable de red, inspección física, limpieza general y prueba de funcionamiento
LAMPARA AUXILIAR	URGENCIAS COORDINACIÓN	7154	NR	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	revisión de bombillo, chequeo de cable de red, inspección física, limpieza general y prueba de funcionamiento
LAMPARA CIELITICA	CIRUGÍA QUIRÓFANO 1	8085	54-15001051	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Limpieza interna y externa, inspección funcional y estructural, revisión sistema eléctrico y prueba de funcionamiento
LAMPARA CIELITICA	CIRUGÍA QUIRÓFANO 2	8081	54-15001042	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Limpieza interna y externa, inspección funcional y estructural, revisión sistema eléctrico y prueba de funcionamiento
LAMPARA CIELITICA	CIRUGÍA QUIRÓFANO 3	6079	G-2567	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Limpieza interna y externa, inspección funcional y estructural, revisión sistema eléctrico y prueba de funcionamiento
LAMPARA CIELITICA	CIRUGÍA QUIRÓFANO 4	8082	54-15001044	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Limpieza interna y externa, inspección funcional y estructural, revisión sistema eléctrico y prueba de funcionamiento
LAMPARA CIELITICA	CIRUGÍA QUIRÓFANO 5	8083	54-15001046	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Limpieza interna y externa, inspección funcional y estructural, revisión sistema eléctrico y prueba de funcionamiento
LAMPARA CIELITICA	CIRUGÍA QUIRÓFANO 6	8084	54-15001048	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Limpieza interna y externa, inspección funcional y estructural, revisión sistema eléctrico y prueba de funcionamiento
LÁMPARA DE HENDIDURA	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	2144	626531	Anual	Octubre	Proveedor Externo	Inspección física, limpieza general, lubricación de partes, revisión del sistema óptico. Prueba de funcionamiento
LÁMPARA PORTÁTIL	CIRUGÍA	1628	6009-7331	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	Limpieza interna y externa, inspección funcional y estructural, revisión sistema eléctrico, chequeo de llantas y prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	AMBULANCIA MEDICALIZADA 1	4351	NR	Anual	Abril	Proveedor Externo	Inspección física, limpieza general, revisión de batería, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	AMBULANCIA MEDICALIZADA 2	6662	M28755333480	Anual	Abril	Proveedor Externo	Inspección física, limpieza general, revisión de batería, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	CIRUGIA	NR	NR	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física, limpieza general, revisión de batería, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	CIRUGÍA	6981	N/A	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física, limpieza general, revisión de batería, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	CIRUGÍA QUIRÓFANO 3	6083	NR	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física, limpieza general, revisión de batería, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	CIRUGÍA QUIRÓFANO 4	6081	NR	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física, limpieza general, revisión de batería, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	CIRUGÍA QUIRÓFANO 5	4367	NR	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física, limpieza general, revisión de batería, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	CIRUGÍA QUIRÓFANO 6	6082	NR	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física, limpieza general, revisión de batería, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	ENDOSCOPIA	3961	NR	Anual	Abril	Proveedor Externo	Inspección física, limpieza general, revisión de batería, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
LARINGOSCOPIO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	1450	NR	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7124	N/A	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7125	N/A	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	6980	N/A	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	6982	N/A	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	6983	N/A	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	6984	N/A	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7324	N/A	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7325	N/A	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7326	N/A	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7327	N/A	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7328	N/A	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7329	N/A	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7330	N/A	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7331	N/A	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	6987	N/A	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	6986	N/A	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	6985	N/A	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	MEDICINA INTERNA 2	NR	NR	Anual	Abril	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	MEDICINA INTERNA 2	NR	NR	Anual	Abril	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	MEDICINA INTERNA1	7121	N/A	Anual	Abril	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	ORTOPEDIA	1568	NR	Anual	Abril	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	PEDIATRIA	6979	N/A	Anual	Abril	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	PEDIATRÍA	7123	N/A	Anual	Abril	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	QUIRÚRGICAS	7122	N/A	Anual	Abril	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
LARINGOSCOPIO	UCI	6810	N/A	Anual	Abril	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	UCI	6811	N/A	Anual	Abril	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	UCI	6812	N/A	Anual	Abril	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO	URGENCIAS	5650	0	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
LARINGOSCOPIO ADULTO	AMBULANCIA MEDICALIZADA 1	4341	NR	Anual	Abril	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de bateria, bombillo y fibra, prueba de funcionamiento
MÁQUINA DE ANESTESIA	CIRUGÍA	3826	ME13115222	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	inspeccion fisica, limpieza general, chequeo de bateria, medidores de presion, verificacion de fugas, chequeo de o-ring, estado de la Cal, revision del ventilador, valvula APL,funcionamiento valvula check, empaques canister, funcionamiento del fuelle, prueba de test de funcionamiento (si aplica)
MÁQUINA DE ANESTESIA	CIRUGÍA	5597	SP-20814-15	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	inspeccion fisica, limpieza general, chequeo de bateria, medidores de presion, verificacion de fugas, chequeo de o-ring, estado de la Cal, revision del ventilador, valvula APL,funcionamiento valvula check, empaques canister, funcionamiento del fuelle, prueba de test de funcionamiento (si aplica)
MÁQUINA DE ANESTESIA	CIRUGÍA QUIRÓFANO 1	5598	SP-20814-16	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	inspeccion fisica, limpieza general, chequeo de bateria, medidores de presion, verificacion de fugas, chequeo de o-ring, estado de la Cal, revision del ventilador, valvula APL,funcionamiento valvula check, empaques canister, funcionamiento del fuelle, prueba de test de funcionamiento (si aplica)
MÁQUINA DE ANESTESIA	CIRUGÍA QUIRÓFANO 3	8405	KG24009618	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	inspeccion fisica, limpieza general, chequeo de bateria, medidores de presion, verificacion de fugas, chequeo de o-ring, estado de la Cal, revision del ventilador, valvula APL,funcionamiento valvula check, empaques canister, funcionamiento del fuelle, prueba de test de funcionamiento (si aplica)
MÁQUINA DE ANESTESIA	CIRUGÍA QUIRÓFANO 4	7190	KU-04003418	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	inspeccion fisica, limpieza general, chequeo de bateria, medidores de presion, verificacion de fugas, chequeo de o-ring, estado de la Cal, revision del ventilador, valvula APL,funcionamiento valvula check, empaques canister, funcionamiento del fuelle, prueba de test de funcionamiento (si aplica)
MÁQUINA DE ANESTESIA	CIRUGÍA QUIRÓFANO 5	8403	KG21008975	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	inspeccion fisica, limpieza general, chequeo de bateria, medidores de presion, verificacion de fugas, chequeo de o-ring, estado de la Cal, revision del ventilador, valvula APL,funcionamiento valvula check, empaques canister, funcionamiento del fuelle, prueba de test de funcionamiento (si aplica)
MÁQUINA DE ANESTESIA	CIRUGÍA QUIRÓFANO 6	8404	KG28011010	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	inspeccion fisica, limpieza general, chequeo de bateria, medidores de presion, verificacion de fugas, chequeo de o-ring, estado de la Cal, revision del ventilador, valvula APL,funcionamiento valvula check, empaques canister, funcionamiento del fuelle, prueba de test de funcionamiento (si aplica)
MÁQUINA DE ANESTESIA	ENDOSCOPIA	1612	DB1A101280	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	inspeccion fisica, limpieza general, chequeo de bateria, medidores de presion, verificacion de fugas, chequeo de o-ring, estado de la Cal, revision del ventilador, valvula APL,funcionamiento valvula check, empaques canister, funcionamiento del fuelle, prueba de test de funcionamiento (si aplica)
MÁQUINA SELLADORA	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	0644	OVM430	SEMESTRAL	Mayo Diciembre	Proveedor Externo	inspeccion fisica, limpieza general, chequeo de bateria, medidores de presion, verificacion de fugas, chequeo de o-ring, estado de la Cal, revision del ventilador, valvula APL,funcionamiento valvula check, empaques canister, funcionamiento del fuelle, prueba de test de funcionamiento (si aplica)
MICROSCOPIO	CIRUGÍA	1589	137844	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision del sistema optico, chequeo del ajuste del zoom, bombillo, funcionamiento del revolver, verificacion de objetivos, platina. Prueba de funcionamiento

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MICROSCOPIO	LABORATORIO	5887	462394	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision del sistema optico, chequeo del ajuste del zoom, bombillo, funcionamiento del revolver, verificacion de objetivos, platina. Prueba de funcionamiento
MICROSCOPIO	LABORATORIO	7205	667	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision del sistema optico, chequeo del ajuste del zoom, bombillo, funcionamiento del revolver, verificacion de objetivos, platina. Prueba de funcionamiento
MICROSCOPIO	LABORATORIO	7289	202104149	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision del sistema optico, chequeo del ajuste del zoom, bombillo, funcionamiento del revolver, verificacion de objetivos, platina. Prueba de funcionamiento
MICROSCOPIO	LABORATORIO	7290	202104205	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision del sistema optico, chequeo del ajuste del zoom, bombillo, funcionamiento del revolver, verificacion de objetivos, platina. Prueba de funcionamiento
MONITOR DE VIDEO	CIRUGÍA	NR	VEH261E0334	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	inspeccion fisica, limpieza general, revision de cable de red, prueba de funcionamiento
MONITOR MULTIPARAMETRO	AMBULANCIA BASICA	8414-1	E7211104070	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	AMBULANCIA MEDICALIZADA 1	7187	360069-M21119550093	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	AMBULANCIA MEDICALIZADA 2	7188	360069-M21119550097	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGÍA	7076	360080-M20421870004	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGÍA	1573	301132-M11A00470004	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGÍA	7078	360080-M20421870008	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGÍA ADMISIÓN	1606	301132-M11A00470001	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGÍA QUIRÓFANO 1	7096	360080-M21616600012	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGÍA QUIRÓFANO 3	8191	360080-M21710890009	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGÍA QUIRÓFANO 4	8190	360080-M21710890009	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGÍA QUIRÓFANO 5	6419	M20213030010	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGÍA QUIRÓFANO 6	8189	360080-M21710890001	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	7087	360080-M2161660001	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	7088	360080-M2161660002	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	7073	360080-M20421870003	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	7077	360080-M20421870011	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	7083	360080-M20421870006	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	7089	360080-M21616600004	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	7090	360080-M21616600005	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024
ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	7091	360080-M21616600006	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	7092	360080-M21616600007	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	7093	360080-M21616600008	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	7094	360080-M21616600009	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	7095	360080-M21616600010	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CONSULTA EXTERNA	7012	E7200527110F	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CONSULTA EXTERNA	5500	C516110347	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1
 SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	CONSULTA EXTERNA	7007	E7200527025F	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CONSULTA EXTERNA	7011	E7200527093F	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	ENDOSCOPIA	5602	A044E002488	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	ENDOSCOPIA	5514	NR	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	ENDOSCOPIA	5499	C516110350	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	ENDOSCOPIA	5511	C16110368	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	ENDOSCOPIA	5501	C516110346	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024
ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8252	Q068A055932	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7103	360080-M21616600020	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7104	360080-M21616600022	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7105	360080-M21616600025	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7106	360080-M21616600026	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7107	360080-M21616600027	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7108	360080-M21616600030	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024
ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7109	360080-M21616600032	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7110	360080-M21616600034	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7111	360080-M21616600035	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7112	360080-M21616600036	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7113	360080-M21616600037	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7114	360080-M21616600038	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8123	360080-M21616600040	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8124	360080-M21616600041	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8125	360080-M21616600043	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8126	360080-M21616600044	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8127	360080-M21616600045	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8128	360080-M21616600046	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7010	E7200527062F	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7013	E7200527118F	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024**

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo**

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7318	360080-M20421870007	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7319	360080-M20421870005	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	5515	C516110375	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	HEALTHCARE	5944	M009A018352	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA 1	5504	C516110361	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA 1	5505	C516110362	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA 1	7008	E7200527033F	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA 1	7176	360069-M21119550009	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA 1	7072	360080-M20601040030	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA 1	7074	360080-M20421870012	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA 1	7075	360080-M20601040013	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA 1	7079	360080-M20408970004	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA 1	7080	360080-M20601040002	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA 1	7081	360080-M20408970001	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024**

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo**

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA 1	7082	360080-M20408970008	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA 1	7084	360080-M20421870014	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA 1	7085	360080-M20601040028	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA 1	7086	360080-M20601040021	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA 1	7175	360069-M21119550005	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA 1	7177	360069-M21119550020	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA 1	7183	360069-M21119550075	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024**

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo**

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA 1	8250	Q068A027548	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA 1	8251	Q068A055908	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA 1	7130	Q068A027340	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA 2	5506	C516110363	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA 2	7009	E7200527061F	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA 2	7131	Q068A027346	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA 2	7179	360069-M21119550040	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA 2	7180	360069-M21119550047	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA 2	7181	360069-M21119550049	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA 2	7182	360069-M21119550053	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA 2	6973	S2SNF3552	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA 2	6974	S2SNF3583	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	ORTOPEDIA	6947	CN93916787	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	ORTOPEDIA	6948	CN93916794	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1
 SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	ORTOPEDIA	6949	CN93916783	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	ORTOPEDIA	6950	CN93916781	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	ORTOPEDIA	6951	CN93916771	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	ORTOPEDIA	6952	CN93916776	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	ORTOPEDIA	6953	CN93916789	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	ORTOPEDIA	6954	CN93916792	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	ORTOPEDIA	6955	CN93916777	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	PEDIATRÍA	7184	360069-M21119550082	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	PEDIATRÍA	7185	360069-M21119550085	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	PEDIATRÍA	7186	360069-M21119550091	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	PEDIATRÍA	7178	360069-M21119550028	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	PEDIATRÍA	7189	360069-M21119550098	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	PEDIATRÍA REANIMACIÓN	5496	C516110360	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	PEDIATRÍA TRIAGE	7097	360080-M21616600013	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024**

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo**

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	QUIRÚRGICAS	7033	S2SNF3225	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	QUIRÚRGICAS	7034	S2SNF4120	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	QUIRÚRGICAS	7035	S2SNF3216	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	QUIRÚRGICAS	7036	S2SNF4131	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	QUIRÚRGICAS	7037	S2SNF3218	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	QUIRÚRGICAS	7038	S2SNF3222	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	QUIRÚRGICAS	7039	S2SNF3214	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024**

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo**

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	QUIRÚRGICAS	7040	S2SNF3227	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	QUIRÚRGICAS	7041	S2SNF3215	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	QUIRÚRGICAS	7042	S2SNF3320	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	6657	DFL50170	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	3905	US23152267	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	4115	US12575917	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	3903	US23152266	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	5943	M009A018335	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	5942	M009A018330	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	5941	M009A018329	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	5939	M009A018340	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	5601	A044E002485	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	1614	301132-M11A00470017	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	5600	A044E002486	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024
ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	5945	M009A018345	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	5940	M009A018351	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	4045	US23152265	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	3904	US23152264	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	4219	US12575918	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	5502	C516110344	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	TALLER GESTION TECNOLÓGICA	4220	US12575919	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	TALLER GESTION TECNOLÓGICA	4210	US12575921	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	TALLER GESTION TECNOLÓGICA	4114	US23152268	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	6481	Q068A035110	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	6482	Q068A035123	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	6483	Q068A035127	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	6484	Q068A035179	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	6485	Q068A035184	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024**

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo**

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	6486	Q068A035219	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	6487	Q068A035220	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	6488	Q068A035231	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	6489	Q068A035273	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	6490	Q068A035279	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	6680	Q068A035096	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	6681	Q068A035131	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	6682	Q068A035187	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	6683	Q068A035189	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	6684	Q068A035206	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	6685	Q068A035208	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	6686	Q068A035224	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	6687	Q068A035239	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	6688	Q068A035240	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	6689	Q068A035242	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	6690	Q068A035283	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI HAB 10	8139	360080-M21710860016	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI HAB 11	8129	360080-M21616600047	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI HAB 12	8130	360080-M21616600048	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI HAB 13	8132	360080-M21710860004	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI HAB 14	8138	360080-M21710860015	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI HAB 14	8144	360080-M216166000	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI HAB 15	8141	360080-M21710860019	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI HAB 3	8137	360080-M21710860013	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI HAB 5	8135	360080-M21710860010	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI HAB 6	8131	360080-M21616600049	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI HAB 7	8142	360080-M216166000	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI HAB 8	8134	360080-M21710860007	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024
ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI HAB 9	8143	360080-M216166000	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI HAB1	8140	360080-M21710860017	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI HAB2	8133	360080-M21710860005	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI HAB2	6420	M20213040012	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI HAB3	8136	360080-M21710860011	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7098	360080-M21616600014	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7099	360080-M21616600015	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICACION), CO (SI APLICACION),estado y funcionamiento de la batería.

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024**

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo**

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7100	360080-M21616600016	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7101	360080-M21616600017	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7102	360080-M21616600018	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6957	CN93916784	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6958	CN93916774	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6963	CN93916788	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6964	CN93916778	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6969	CN93916780	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	5513	C516110371	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS AISLM1	6956	CN93916773	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS AISLM2	6960	CN93916790	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS CONSL2	6961	CN93916791	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS CONSL3	6962	CN93916775	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS CONSL4	6959	CN93916772	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1
 SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS OBSERVACIÓN	5508	C516110365	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS PASILLO	6421	M20213040020	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS PASILLO	6965	CN93916690	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS PASILLO	6966	CN93916782	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS PASILLO	6970	CN93916786	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS REANIMACIÓN	6967	CN93916785	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS REANIMACIÓN	6968	CN93916793	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos,Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO.,Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión,módulo de temperatura,módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%,módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE),estado y funcionamiento de la batería.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS TRIAGE	6971	CN93916779	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Inspección de componentes eléctricos y/o electrónicos, Tarjeta principal, fuente, módulos, cable de alimentación, Sensor SpO2, Temperatura, monitoreo de ECG, IBP, NIBP, CO2, CO., Verificación del funcionamiento con equipo patron del módulo de ECG a 30 BPM, 60 BPM, 120 BPM, 160 BPM, 200 BPM, módulo de NIBP, modulo de IBP, alta, media y baja presión, módulo de temperatura, módulo de SpO2 a 85%, 90%, 95%, 100%, módulo de capnografía (SI APLICABLE), CO (SI APLICABLE), estado y funcionamiento de la batería.
NEBULIZADOR	CONSULTA EXTERNA	3813	D7002023	SEMESTRAL	Mayo Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de filtro hidrofobico, compresor de aire, sistema electrico y prueba de funcionamiento
NEBULIZADOR	GESTIÓN TECNOLÓGICA	614	NR	SEMESTRAL	Mayo Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de filtro hidrofobico, compresor de aire, sistema electrico y prueba de funcionamiento
NEBULIZADOR	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8073	J06020-0821	SEMESTRAL	Mayo Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de filtro hidrofobico, compresor de aire, sistema electrico y prueba de funcionamiento
NEBULIZADOR	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8074	J06020-0822	SEMESTRAL	Mayo Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de filtro hidrofobico, compresor de aire, sistema electrico y prueba de funcionamiento
NEBULIZADOR	PEDIATRÍA	8072	J06020-0820	SEMESTRAL	Mayo Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de filtro hidrofobico, compresor de aire, sistema electrico y prueba de funcionamiento
NEBULIZADOR	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	4127	NR	SEMESTRAL	Mayo Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de filtro hidrofobico, compresor de aire, sistema electrico y prueba de funcionamiento
NEBULIZADOR	URGENCIAS	1935	NR	SEMESTRAL	Mayo Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, revision de filtro hidrofobico, compresor de aire, sistema electrico y prueba de funcionamiento
NEUMOINSUFLADOR	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	NR	1004CE045	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, verificación de la válvula de descarga según fabricante, revision de alarmas, pruebas electricas y funcionamiento
PIANO CUENTAS CELULAS	LABORATORIO	2546	09675	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Limpieza general y prueba de funcionamiento
PIPETA AUTOMATICA	LABORATORIO	2556	01C9514	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, verificacion de funcionamiento y ajuste de ser necesario.
PIPETA AUTOMATICA	LABORATORIO	2557	07Z1078	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, verificacion de funcionamiento y ajuste de ser necesario.
PIPETA AUTOMATICA	LABORATORIO	2559	04R5845	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, verificacion de funcionamiento y ajuste de ser necesario.
PIPETA AUTOMATICA	LABORATORIO	2560	07Z1078	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, verificacion de funcionamiento y ajuste de ser necesario.
PIPETA AUTOMATICA	LABORATORIO	2561	11P0644	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, verificacion de funcionamiento y ajuste de ser necesario.
PIPETA AUTOMATICA	LABORATORIO	2562	01C9514	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza general, verificacion de funcionamiento y ajuste de ser necesario.
PULSOXÍMETRO	ENDOSCOPIA	2925	NR	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de batería, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8145	210100296	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de batería, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8146	210100297	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de batería, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8147	210100298	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de batería, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8148	210100299	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de batería, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8149	210100301	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de batería, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024**

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo**

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8150	210100302	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8151	210100303	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8152	210100304	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8153	210100305	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8154	210100306	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8155	210100307	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8156	210100308	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8157	210100309	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8158	210100310	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8159	210100311	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8160	210100312	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8161	210100313	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8162	210100314	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8163	210100315	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8164	210100316	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8165	210100317	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8166	210100318	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8167	210100319	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8168	210100320	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8169	210100321	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8170	210100322	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8171	210100323	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8172	210100324	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8173	210100325	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8174	210100326	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024**

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo**

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8175	210100327	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8176	210100328	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8177	210100329	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8178	210100330	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8179	210100331	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8180	210100332	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8181	210100333	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8182	210100334	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8183	210100335	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8184	210100336	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8185	210100337	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8186	210100338	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8187	210100339	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	8188	210100340	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	HEMOCARE	6008	18200600	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	HEMOCARE	6010	182006001628	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	HEMOCARE	6009	182006001356	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	HEMOCARE	5994	182006001625	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	HEMOCARE	6013	182006001251	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	HEMOCARE	6007	182006001554	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	HEMOCARE	6006	182006001312	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	HEMOCARE	5998	182006001262	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	HEMOCARE	5999	FS1C2005250101074	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	HEMOCARE	6000	FS1C2005250101045	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	HEMOCARE	5995	182006001559	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
PULSOXÍMETRO	HEMOCARE	5996	182006001641	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	MEDICINA INTERNA 2	1833	316036-M11801500077	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	MEDICINA INTERNA 2	5528	200800171	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	PEDIATRIA	7002	360101-M21306960041	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	PEDIATRIA	7317	360101-M21306960023	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	PEDIATRÍA	1489	316036-M11801500080	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	PEDIATRÍA	5434	NR	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	PEDIATRÍA	5651	316036-M16C05920019	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
PULSOXÍMETRO	UCI	6015	182006001626	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision de bateria, display, limpieza general y prueba de funcionamiento con equipo patron
SHAVER	CIRUGÍA	NR	1033900383	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	inspeccion fisica, verificacion de extractor de aire, limpieza interna y externa, revision de pieza de mano, prueba de funcionamiento.
TANQUE DE PARAFINA	FISIOTERAPIA BODEGA	2343	09773E84	SEMESTRAL	Junio Diciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision del sistema electrico, limpieza general y prueba de funcionamiento
TANQUE REMOLINO	FISIOTERAPIA	2320	S10413	SEMESTRAL	Junio Riciembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, revision del sistema electrico, hidraulico, limpieza general y prueba de funcionamiento
TENS ANALOGO	FISIOTERAPIA	7195	SZ5201254425	Anual	Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa,verificacion del sistema electrico, chequeo de cable de electrodo y prueba de funcionamiento
TENS ANALOGO	FISIOTERAPIA	7196	SZ5201254426	Anual	Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa,verificacion del sistema electrico, chequeo de cable de electrodo y prueba de funcionamiento
TENSIÓMETRO	AMBULACIA BASICA	PDTE	210154	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	AMBULACIA BASICA	PDTE	NR	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	AMBULANCIA MEDICALIZADA 1	4344	NR	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	AMBULANCIA MEDICALIZADA 1	5428	13040891	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	AMBULANCIA MEDICALIZADA 1	5427	140207065251	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
TENSÍOMETRO	AMBULANCIA MEDICALIZADA 2	6667	835448	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSÍOMETRO	AMBULANCIA MEDICALIZADA 2	6669	N/A	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSÍOMETRO	CONSULTA EXTERNA	7210	210242013	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSÍOMETRO	CONSULTA EXTERNA	7212	210242024	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSÍOMETRO	CONSULTA EXTERNA	7213	210242033	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSÍOMETRO	CONSULTA EXTERNA	7214	210242034	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSÍOMETRO	CONSULTA EXTERNA	7215	210242036	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSÍOMETRO	CONSULTA EXTERNA	3732	11030 8140509	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSÍOMETRO	CONSULTA EXTERNA	2129	110308134953	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSÍOMETRO	CONSULTA EXTERNA	2665	110321182535	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSÍOMETRO	CONSULTA EXTERNA	2724	110110105611	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSÍOMETRO	CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 1	7211	210242023	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
TENSIÓMETRO	ENDOSCOPIA	4841	811670	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	6988	N/A	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	6989	N/A	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	6990	N/A	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	6991	N/A	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	6992	N/A	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	6993	N/A	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	6994	N/A	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	6995	N/A	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	6996	N/A	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	6997	N/A	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	6998	N/A	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
TENSIÓMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	6999	N/A	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7000	N/A	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7001	N/A	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	5832	1089501	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	HEMOCARE	6001	1229393	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	HEMOCARE	6002	1229400	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	HEMOCARE	6003	1229377	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	HEMOCARE	5992	1229375	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	HEMOCARE	5993	1229374	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	HEMOCARE	5994	1229391	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	HEMOCARE	6015	1229383	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	HEMOCARE	6007	1229379	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
TENSIÓMETRO	HOME CARE	6008	1229378	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	HOME CARE	6009	1229396	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	HOME CARE	6010	1229395	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	HOME CARE	6011	1229372	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	HOME CARE	6004	1229397	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	HOME CARE	6005	1229394	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	HOME CARE	5998	1229382	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	HOME CARE	5999	1229386	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	HOME CARE	6000	1229384	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	PEDIATRÍA	5828	NR	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	PEDIATRÍA	5829	1089505	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSIÓMETRO	PEDIATRÍA	5830	1089502	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
TENSÍOMETRO	PEDIATRÍA	5831	1089528	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSÍOMETRO	QUIRÚRGICAS	0272	100514073648	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSÍOMETRO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	2052	110113083118	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSÍOMETRO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	1969	NR	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSÍOMETRO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	1956	NR	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSÍOMETRO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	2171	NR	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSÍOMETRO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	2751	NR	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSÍOMETRO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	4993	NR	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSÍOMETRO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	2172	NR	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSÍOMETRO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	0273	NR	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSÍOMETRO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	5821	NR	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSÍOMETRO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	5823	NR	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
TENSÍOMETRO	URGENCIAS OBSERVACIÓN	5303	110309110538	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TENSÍOMETRO	URGENCIAS TRIAGE	6095	1,50915E+11	Anual	Febrero	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento manometro, brazaletes, Cámara de llenado, pera, válvula reguladora, válvula unidireccional, Verificación de fugas al sistema neumático, prueba de funcionamiento con equipo simulador o analizador a diferentes presiones.
TORNIQUETE	ALMACÉN	6268	190280022	Anual	Noviembre	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento brazaletes, Cámara de llenado, valvula unidireccional, verificacion de fugas y prueba de funcionamiento
TORNIQUETE	CIRUGIA QUIROFANO 5	6267	190280021	Anual	Noviembre	Proveedor Externo	inspeccion fisica, Verificación y mantenimiento brazaletes, Cámara de llenado, valvula unidireccional, verificacion de fugas y prueba de funcionamiento
ULTRASONIDO	CONSULTA EXTERNA	4088	14484	SEMESTRAL	Abril Octubre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa,verificacion del sistema electrico, chequeo de transductor y prueba de funcionamiento
UNIDAD ODONTOLOGICA ELÉCTRICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7958	16092021-1	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	limpieza general, revision de sistema neumatico, electrico e hidraulico, lubricacion de partes.
UNIDAD ODONTOLOGICA ELÉCTRICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7959	16092021-1	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	limpieza general, revision de sistema neumatico, electrico e hidraulico, lubricacion de partes.
UNIDAD ODONTOLOGICA ELÉCTRICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7960	16092021-1	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	limpieza general, revision de sistema neumatico, electrico e hidraulico, lubricacion de partes.
UNIDAD ODONTOLOGICA ELÉCTRICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7961	16092021-1	Anual	Diciembre	Proveedor Externo	limpieza general, revision de sistema neumatico, electrico e hidraulico, lubricacion de partes.
URETEROSCOPIO DIGITAL	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	8080	103410141E	Anual	Octubre	Proveedor Externo	Limpieza general, revision de pantalla tactil pruebas de funcionamiento.
VACUÓMETRO	CIRUGÍA QUIRÓFANO 2	NR	760VRF-004090	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	CIRUGÍA QUIRÓFANO 3	NR	760VRF-004088	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	CIRUGÍA QUIRÓFANO 4	NR	760VRF-004066	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	CIRUGIA QUIROFANO 5	NR	760VRF-004065	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	CIRUGÍA QUIRÓFANO 6	NR	760VRF-004055	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	6831	61K200600310183	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	6832	61K200600310184	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	6833	61K200600310188	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	QUIRÚRGICAS	NR	760VRF-004058	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
VACUÓMETRO	QUIRÚRGICAS	NR	760VRF-004062	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	UCI	6409	300VRA-002061	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	UCI	6816	61K200600310001	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	UCI	6817	61K200600310002	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	UCI	6818	61K200600310003	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	UCI	6819	61K200600310004	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	UCI	6820	61K200600310005	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	UCI	6821	61K200600310006	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	UCI	6822	61K200600310007	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	UCI	6823	61K200600310008	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	UCI	6824	61K200600310009	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	UCI	6825	61K200600310010	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	UCI	6826	61K200600310011	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	UCI	6827	61K200600310012	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	UCI	6828	61K200600310054	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	UCI	6829	61K200600310058	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1
 SNS 3000-PMH

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DIRECCIÓN:

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
VACUÓMETRO	UCI	6830	61K200600310181	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	UCI HAB 10	6416	300VRA-002068	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	UCI HAB 11	6412	300VRA-002064	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	UCI HAB 12	6415	300VRA-002067	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	UCI HAB 13	6410	300VRA-002062	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	UCI HAB 14	6411	300VRA-002063	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	UCI HAB 15	6417	300VRA-002069	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	UCI HAB 16	6418	300VRA-002070	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	UCI HAB 5	5746	VRA10011AP	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	UCI HAB 7	5747	VRA10010AP	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	UCI HAB 8	6413	300VRA-002065	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO	UCI HAB 9	6414	300VRA-002066	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO EYECTOR	CIRUGÍA	5087	NR	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO EYECTOR	CIRUGÍA	4840	NR	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO EYECTOR	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	5086	60064	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento
VACUÓMETRO EYECTOR	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	5085	33013	Anual	Septiembre	Proveedor Externo	Inspección física y verificación de componentes mecánicos (diafragma, modulo regulador, o-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.), chequeo trampa de agua, limpieza general y prueba de funcionamiento

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
VENTILADOR MECÁNICO	AMBULANCIA MEDICALIZADA1	7142	4210202	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.
VENTILADOR MECÁNICO	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	4217	ASCC-0013	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6389	MV2000TA1D0157	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6390	MV2000TZ1E0199	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6391	MV2000TZ1E0197	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6392	MV2000TZ1E0196	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6393	MV2000TA1E0280	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6394	MV2000TA1E0281	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6395	MV2000TZ1E0198	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6396	MV2000TZ1E0200	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6397	MV2000TA1E0283	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6398	MV2000TA1E0282	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6673	AY20F017687	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6728	VG70(U)XZZS30588	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6729	VG70(U)XZZS30626	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6730	VG70(U)XZZS30678	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6731	VG70(U)XZZS33220	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6732	VG70(U)XZZS33261	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6733	VG70(U)XZZS33297	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6734	VG70(U)XZZS33302	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6735	VG70(U)XZZS33330	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6736	VG70(U)XZZS33353	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6738	VG70(U)XZZS33513	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6739	VG70(U)XZZS33591	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6741	VG70(U)XZZS33662	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6742	VG70(U)XZZS33667	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6743	VG70(U)XZZS34039	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6744	VG70(U)XZZS34067	CUATRIMESTRAL	Marzo Junio Noviembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.
VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE	TALLER DE GESTIÓN TECNOLÓGICA	5523	MR114623003	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.
VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE	TALLER GESTION TECNOLÓGICA	6666	4200106	SEMESTRAL	Marzo Septiembre	Proveedor Externo	Inspeccion fisica, limpieza interna y externa, revision de filtros, membranas, trampas de agua (SI APLICACION), celdas de oxigeno (SI APLICACION), verificacion de fugas, calibracion de parametros y prueba de funcionamiento.
VIDEOLARINGOSCOPIO	CIRUGÍA	6679	TP24234	SEMESTRAL	Mayo Noviembre	Proveedor Externo	Revision de estado fisico (pantalla, cables de red), limpieza general, chequeo de valva
VIDEOLARINGOSCOPIO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	7332	R203205806	SEMESTRAL	Mayo Noviembre	Proveedor Externo	Revision de estado fisico (pantalla, cables de red), limpieza general, chequeo de valva
VIDEOLARINGOSCOPIO	UCI	5659	SS11933	SEMESTRAL	Mayo Noviembre	Proveedor Externo	Revision de estado fisico (pantalla, cables de red), limpieza general, chequeo de valva

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
ASEGURAMIENTO METROLÓGICO							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
AGITADOR DE MANZINI	LABORATORIO CLÍNICO	2545	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
AGITADOR DE MANZINI	LABORATORIO CLÍNICO	2573	565920258294	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	AMBULANCIA MEDICALIZADA	4350	192	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	AMBULANCIA MEDICALIZADA	6668	117911	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	CIRUGIA	7287	149599	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	CIRUGIA	7288	149600	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	CONSULTA EXTERNA	4221	L3L5-188	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	ENDOSCOPIA	4840	EN037-1	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	ENDOSCOPIA	7286	149598	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	1469	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	7323	L8-20-144	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	H. PEDIATRÍA	7281	149593	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6429	L17-19127	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	1821	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	7284	149596	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	7283	149595	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	LABORATORIO CLÍNICO	5521	S130A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	U.C.I.	6870	L6-20157	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	URGENCIAS	5522	S130A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	URGENCIAS	5652	L3.17.145	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	URGENCIAS	7282	149594	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	URGENCIAS	7285	149597	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
AUTOCLAVE VAPOR	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	642	110302017-002	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BALANZA	ALMACÉN	3689	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BALANZA	SERVICIOS GENERALES	4982	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BALANZA ELECTRONICA	ALIMENTACION	5970	NA	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CIRUGIA	611	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	4312	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	GESTIÓN AMBIENTAL	6134	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	H. PEDIATRÍA	5319	402WA02670	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	5008	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	2656	1600014482	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	URGENCIAS	7161	4500018111	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	7162	4500018228	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	7163	4500018296	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	7164	4500018303	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	7165	4500018305	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	7166	4500018309	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	7167	4500018310	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	7168	4500018311	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	7169	4500018312	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	7170	4500018315	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	7171	4500018316	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	7172	4500018317	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	7173	4500018576	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	FISIOTERAPIA	7174	4500018590	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	H. PEDIATRÍA	7360	3500072343	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA	261	1600000098	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BASCULA	LAVANDERÍA	3408	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	5839	180 KG.	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	5841	180 KG.	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	H. PEDIATRÍA	5984	8813171171233	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	2164	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	URGENCIAS	2691	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	2697	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	ALIMENTACION	6117	630076	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	URGENCIAS	5332	402WA02676	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA PEDIATRICA	H. PEDIATRÍA	4128	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA PEDIATRICA	CONSULTA EXTERNA	5814	CAP. 20 KG.	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA PEDIATRICA	CONSULTA EXTERNA	5815	CAP. 20 KG.	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA PEDIATRICA	CONSULTA EXTERNA	5816	CAP. 20 KG.	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA PEDIATRICA	H. PEDIATRÍA	7320	5490027992	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA PEDIATRICA	H. PEDIATRÍA	5985	8354319170706	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA PEDIATRICA	URGENCIAS	7158	8354006200925	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA PEDIATRICA	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	7159	8354006201461	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA PEDIATRICA	H. PEDIATRÍA	7160	8354006200469	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	AMBULANCIA MEDICALIZADA	4342	31100828	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	AMBULANCIA MEDICALIZADA	4343	31002434	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	AMBULANCIA MEDICALIZADA	6660	SK00432974	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	AMBULANCIA MEDICALIZADA	6661	SK00432976	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	CIRUGIA	6535	200120050208102	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	CIRUGIA	6536	200120050208103	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	CIRUGIA	6537	200120050208131	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	CIRUGIA	6538	200120050208200	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	CIRUGIA	6893	2000120050311492	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	CIRUGIA	6894	2000120050311508	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	CIRUGIA	6896	2000120050311517	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	7017	90240120080683	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	7018	90240120080689	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	7019	90240120080691	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	7020	90240120080692	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	7021	90240120080695	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	7022	90240120080697	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	7023	90240120080698	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	7024	90240120080699	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	7025	90240120080706	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	7026	90240120080710	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	7027	90240120080711	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	7028	90240120080714	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	7029	90240120080717	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	7030	90240120080718	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	7031	90240120080719	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	7032	90240120080721	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	H. PEDIATRÍA	6541	200120050208219	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	H. PEDIATRÍA	6900	2000120050311529	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	H. PEDIATRÍA	6902	2000120050311541	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	H. PEDIATRÍA	6912	2000120050311606	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	H. PEDIATRÍA	6915	2000120050311656	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6532	200120050208019	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6586	200120050208892	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6587	200120050208893	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6588	200120050208894	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6589	200120050208917	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6590	200120050208927	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6591	200120050208940	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6920	2000120050311704	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	6919	2000120050311697	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	8278	21121060049	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	8279	21121060056	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	8280	21121060075	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	8281	21121060091	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	8282	21121050167	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	8283	21121050186	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	8284	21121050211	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	8285	21121050223	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	8286	21121050233	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	8287	21121050239	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	6533	200120050208029	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	6534	200120050208084	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	6545	200120050208276	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	6546	200120050208302	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	6547	200120050208309	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	6926	2000120050311744	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	6927	2000120050311746	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	6542	200120050208229	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	6543	200120050208253	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	6544	200120050208267	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	6931	2000120050310566	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	6932	2000120050310754	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	6936	2000120050310982	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6432	2000120050108009	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6433	2000120050208035	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6434	2000120050208114	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6435	2000120050208163	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6436	2000120050208183	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6437	2000120050208197	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6438	2000120050208245	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6439	2000120050208337	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6440	2000120050208338	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6441	2000120050208352	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6442	2000120050208361	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6443	2000120050208397	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6444	2000120050208406	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6445	2000120050208419	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6446	2000120050208451	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6447	2000120050208481	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6448	2000120050208532	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6449	2000120050208602	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6450	2000120050208878	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6451	2000120050208991	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6491	200120050107972	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6492	200120050208038	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6493	200120050208088	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6494	200120050208181	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6495	200120050208206	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6496	200120050208212	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6497	200120050208235	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6498	200120050208240	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6499	200120050208250	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6500	200120050208277	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6501	200120050208317	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6502	200120050208328	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6503	200120050208329	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6504	200120050208378	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6505	200120050208423	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6506	200120050208435	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6507	200120050208445	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6508	200120050208470	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6509	200120050208549	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6510	200120050208606	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6511	200120050208863	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6512	200120050208867	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6513	200120050208876	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6515	200120050208887	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6516	200120050208888	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6517	200120050208898	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6518	200120050208936	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6519	200120050208939	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6520	200120050208941	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6521	200120050208944	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6522	200120050208952	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6523	200120050208961	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6524	200120050208968	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6525	200120050208969	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6526	200120050208975	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6527	200120050208981	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6528	200120050208982	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6529	200120050208989	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6530	200120050209000	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6549	200120050208325	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6550	200120050208340	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6551	200120050208351	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6552	200120050208353	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6553	200120050208356	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6554	200120050208362	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6555	200120050208365	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6557	200120050208390	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6558	200120050208430	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6559	200120050208431	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6560	200120050208441	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6561	200120050208443	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6562	200120050208449	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6563	200120050208457	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6564	200120050208464	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6565	200120050208471	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6566	200120050208472	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6567	200120050208508	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6568	200120050208511	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6569	200120050208516	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6570	200120050208517	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6571	200120050208519	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6572	200120050208545	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6573	200120050208547	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6574	200120050208555	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6575	200120050208558	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6576	200120050208572	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6577	200120050208578	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6578	200120050208583	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6579	200120050208586	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6580	200120050208851	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6581	200120050208854	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6582	200120050208855	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6583	200120050208865	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6584	200120050208877	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6585	200120050208885	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6592	200120050208942	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6593	200120050208943	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6595	200120050208949	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6596	200120050208955	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6597	200120050208957	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6598	200120050208959	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6599	200120050208965	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6600	200120050208971	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6601	200120050208914	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6602	200120050208983	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6603	200120050208984	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6604	200120050208993	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6605	200120050208997	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6606	200120050208321	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6607	200120050208932	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6608	200120050208033	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6609	200120050208409	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6610	200120050208523	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6878	2000120050311006	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6879	2000120050311009	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6880	2000120050311023	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6881	2000120050311215	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6882	2000120050311296	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6883	2000120050311457	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6884	2000120050311463	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6885	2000120050311471	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6887	2000120050311476	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6889	2000120050311483	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6891	2000120050311485	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6895	2000120050311509	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6897	2000120050311519	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6898	2000120050311523	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6899	2000120050311526	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6901	2000120050311537	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6903	2000120050311548	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6904	2000120050311549	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6905	2000120050311559	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6906	2000120050311560	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6907	2000120050311564	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6908	2000120050311569	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6909	2000120050311580	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6910	2000120050311584	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6911	2000120050311589	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6913	2000120050311609	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6914	2000120050311614	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6916	2000120050311657	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6917	2000120050311659	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6918	2000120050311680	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6921	2000120050311708	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6922	2000120050311709	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6923	2000120050311718	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6924	2000120050311719	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6925	2000120050311743	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6928	2000120050311769	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6929	2000120050311771	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6930	2000120050311779	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6933	2000120050310946	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6934	2000120050310964	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6935	2000120050310973	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	U.C.I.	6937	2000120050310992	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6531	200120050107971	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6540	200120050208213	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6548	200120050208311	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6556	200120050208374	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6594	200120050208947	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6886	2000120050311470	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6888	2000120050311480	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6890	2000120050311484	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6892	2000120050311488	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
CENTRIFUGA	LABORATORIO CLÍNICO	2408	22811	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
CENTRIFUGA	LABORATORIO CLÍNICO	7203	DP2007142	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
CENTRIFUGA	LABORATORIO CLÍNICO	7204	DP2007146	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
CONGELADOR DE PLASMA	LABORATORIO CLÍNICO	7216	C00697FM30121	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CONGELADOR HORIZONTAL	ALIMENTACION	5956	341-56700001	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
CONGELADOR HORIZONTAL	SERVICIOS GENERALES	7225	G57265057598000648	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
CUARTO FRIO	ALIMENTACION	3445	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
CUARTO FRIO	ALIMENTACION	3446	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DESFIBRILADOR	AMBULANCIA MEDICALIZADA	6658	456862000157	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DESFIBRILADOR	AMBULANCIA MEDICALIZADA PLACAS OBK-314	6709	EZ-03035176	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DESFIBRILADOR	CIRUGIA	1701	02127	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DESFIBRILADOR	ENDOSCOPIA		US71306252	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DESFIBRILADOR	ENDOSCOPIA	8317	EZ-04039878	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DESFIBRILADOR	H. PEDIATRÍA	7208	EZ-14060894	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DESFIBRILADOR	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6770	EZ-03035165	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DESFIBRILADOR	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	3834	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DESFIBRILADOR	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	7316	EZ-05042196	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DESFIBRILADOR	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	7206	EZ-14060873	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DESFIBRILADOR	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	7207	EZ-14060887	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DESFIBRILADOR	U.C.I.	6691	EZ-03035186	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DESFIBRILADOR	URGENCIAS	7209	EZ-14060910	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DOPPLER FETAL	CONSULTA EXTERNA	3937	LX0127531-13	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DOPPLER FETAL	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	6271	560054-M19909180023	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DOPPLER FETAL	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	6272	560054-M19909180024	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DOPPLER FETAL	URGENCIAS	5524	PPG-20105	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DOPPLER FETAL	CONSULTA EXTERNA	5525	BPG-60100	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROBISTURI	CIRUGIA	1551	AMD500258	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROBISTURI	CIRUGIA	1575	F5L29114T	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROBISTURI	CIRUGIA	1616	CF6D46003A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
ELECTROBISTURI	CIRUGIA	7191	ELT210100297	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROBISTURI	CIRUGIA	7192	ELT210100298	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROBISTURI	CIRUGIA	7955	ELT210800204	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROBISTURI	CIRUGIA	7956	ELT210800205	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROBISTURI	CIRUGIA	7957	ELT210800206	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROCARDIOGRAFO	CIRUGIA	7297	360625-M21410570033	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROCARDIOGRAFO	CONSULTA EXTERNA	5517	S/N 0400005	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROCARDIOGRAFO	CONSULTA EXTERNA	6835	360251M20606280015	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROCARDIOGRAFO	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	7296	360625-M21410570031	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROCARDIOGRAFO	H. PEDIATRÍA	7291	360625-M21410570009	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROCARDIOGRAFO	HOME CARE	7298	360625-M21410570040	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROCARDIOGRAFO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	7292	360625-M21410570010	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROCARDIOGRAFO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	5519	T8Q1100029	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROCARDIOGRAFO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	7295	360625-M21410570028	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROCARDIOGRAFO	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	7294	360625-M21410570027	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROCARDIOGRAFO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	7293	360625-M21410570025	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROCARDIOGRAFO	U.C.I.	6430	M19C14370010	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROCARDIOGRAFO	URGENCIAS	5518	T8Q1100027	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO DOBLE	CIRUGIA	2015	FMA012391DM-FMA012390DM	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO DOBLE	CIRUGIA	4686	FMAD12306DM-FMAD12307DM	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO DOBLE	CIRUGIA	4687	FMAD12310DM-FMAD12311DM	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO DOBLE	CIRUGIA	4690	1089866-1090147	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO DOBLE	URGENCIAS	5274	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	AMBULANCIA MEDICALIZADA	4359	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	CIRUGIA	5745	FMAO27430LN	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
FLUJOMETRO SENCILLO	CIRUGIA	8031	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	CIRUGIA	8032	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	CIRUGIA	8033	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	CIRUGIA	8034	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	CIRUGIA	8035	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	CIRUGIA	8036	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	CIRUGIA	8037	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	CIRUGIA	8038	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	CIRUGIA	8039	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	CONSULTA EXTERNA	4757	8052152	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	ENDOSCOPIA	2930	8052152	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	ENDOSCOPIA	5917	F03181	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	ENDOSCOPIA	4843	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	5535	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	5536	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	5537	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	5538	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	8044	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	8045	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	8046	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	8047	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	8048	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	8049	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	8050	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	8051	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	8052	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	8053	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	8054	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	8055	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	8056	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	8057	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	8058	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	8059	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	8060	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	8061	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	8062	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	8063	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	8064	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	8065	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	8066	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	8067	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	8068	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	5473	FMA027373LN	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	5474	FMA028834LN	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	5475	FMA024347LN	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	5476	FMA027384LN	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	H. PEDIATRÍA	5477	FMA027340LN	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA	5180	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA	5186	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA	5187	8053164	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA	5190	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA	5191	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA	5193	FMA028862LN	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA	5196	FMA028877LN	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA	5203	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	5532	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6399	1313137	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6401	1313141	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6403	1313152	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6404	1313153	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6405	1313211	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6406	1313214	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6407	1313218	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	8117	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	8118	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	8119	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	8120	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	8121	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	8122	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	5184	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	5531	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	5183	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	5194	8052152	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	5229	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	5271	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	5919	F11172	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	5920	F05181	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	8040	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	8041	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	8042	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	8043	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	5529	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	5530	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	5918	F05181	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	8018	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	8019	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	8020	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	8021	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	8022	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	8023	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	8024	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	8025	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	8026	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	8027	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	8028	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	8029	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	8030	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	4354	FMA027378LN	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	4358	FMA027409LN	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	5006	8053164	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
FLUJOMETRO SENCILLO	U.C.I.	6400	1313138	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	U.C.I.	6402	1313150	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	U.C.I.	6408	1313219	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	U.C.I.	6772	61K20060033-087	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	U.C.I.	6773	61K20060033-179	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	U.C.I.	6774	61K20060033-094	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	U.C.I.	6775	61K20060033-212	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	U.C.I.	6776	61K20060033-168	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	U.C.I.	6777	61K20060033-090	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	U.C.I.	6778	61K20060033-183	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	U.C.I.	6779	61K20060033-088	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	U.C.I.	6780	61K20060033-170	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	U.C.I.	6781	61K20060033-102	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	U.C.I.	6782	61K20060033-098	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	U.C.I.	6783	61K20060033-101	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	U.C.I.	6784	61K20060033-175	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	U.C.I.	6785	61K20060033-163	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	U.C.I.	6786	61K20060033-154	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	5533	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	5744	FMAO08004DN	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	5921	F03181	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	5922	F03181	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	6787	61K20060033-231	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	6788	61K20060033-095	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	6789	61K20060033-174	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8069	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8070	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8071	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8088	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8089	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8090	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8092	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8093	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8094	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8095	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8096	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8097	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8098	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8099	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8100	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8101	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8102	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8103	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8104	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8105	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8106	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8107	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8108	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8109	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8110	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8111	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8112	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8113	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8114	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8115	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8116	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	4366	9146201	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	5201	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	5269	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	5272	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	5273	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	5275	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INCUBADORA	LABORATORIO CLÍNICO	2580	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	CIRUGIA	5755	170623182	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	CIRUGIA	5758	170221324	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	6856	2007027201	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	6845	2007024680	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	6847	2007024682	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	6848	2007024683	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	6849	2007024684	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	6851	2007027195	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	6853	2007027197	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	6854	2007027198	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	6857	2007027202	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	6858	2007027203	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	6859	2007027204	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	6860	2007027205	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	6861	2007027206	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	6862	2007027207	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	6863	2007027208	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	6864	2007027209	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	6865	200926759	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	6866	200926752	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	6867	200926731	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	6868	200926754	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	7132	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	7133	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	7134	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	7135	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	7136	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	7137	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	7138	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	7139	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	7140	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	7141	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	5753	170623207	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	U.C.I.	5757	170221319	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MAQUINA DE ANESTESIA	CIRUGIA	1612	DB1A101280	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MAQUINA DE ANESTESIA	CIRUGIA	5598	SP-20814-16	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MAQUINA DE ANESTESIA	CIRUGIA	7190	KU-04003418	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MAQUINA DE ANESTESIA	CIRUGIA	8403	KG-21008975	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MAQUINA DE ANESTESIA	CIRUGIA	8404	KG-28011010	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MAQUINA DE ANESTESIA	CIRUGIA	8405	KG-24009618	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR DE SIGNOS VITALES	CIRUGIA	1573	301132-M11A00470004	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR DE SIGNOS VITALES	CIRUGIA	1606	301132-M11A00470001	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR DE SIGNOS VITALES	CIRUGIA	1614	301132-M11A00470017	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR DE SIGNOS VITALES	CIRUGIA	3903	US23152264	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR DE SIGNOS VITALES	CIRUGIA	3904	US23152264	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR DE SIGNOS VITALES	CIRUGIA	3905	US23152267	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR DE SIGNOS VITALES	CIRUGIA	5939	M009A018329	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR DE SIGNOS VITALES	CIRUGIA	5940	M009A018330	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR DE SIGNOS VITALES	CIRUGIA	5941	M009A018335	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR DE SIGNOS VITALES	CIRUGIA	5942	M009A018340	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR DE SIGNOS VITALES	CIRUGIA	5943	M009A0183345	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR DE SIGNOS VITALES	CIRUGIA	5944	M009A018351	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR DE SIGNOS VITALES	CIRUGIA	5945	M009A0183352	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR DE SIGNOS VITALES	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	4045	US23152265	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR DE SIGNOS VITALES	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	4339	M005E014185	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR DE SIGNOS VITALES	H. PEDIATRÍA	4114	US23152268	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	AMBULANCIA MEDICALIZADA OBK-314	5510	C516110367	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	4115	US12575917	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	6419	M20213030010	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7073	360080-M20421870003	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7076	360080-M20421870004	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7077	360080-M20421870011	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7078	360080-M20421870008	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7083	360080-M20421870006	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7087	360080-M21616600001	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7088	360080-M21616600002	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7089	360080-M21616600004	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7090	360080-M21616600005	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7091	360080-M21616600006	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7092	360080-M21616600007	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7093	360080-M21616600008	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7094	360080-M21616600009	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7095	360080-M21616600010	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7096	360080-M21616600012	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	8189	360080-M21710890001	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	8190	360080-M21710890009	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	8191	360080-M21710890003	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	5600	A044E002486	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	5601	A044E002485	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CONSULTA EXTERNA	5500	C516110347	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CONSULTA EXTERNA	7007	E7200527025F	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CONSULTA EXTERNA	7011	E7200527093F	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CONSULTA EXTERNA	7013	E7200527118F	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	ENDOSCOPIA	5514	C516110373	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	ENDOSCOPIA	5602	A044E002488	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	5511	C516110368	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I	6420	M20213040012	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DIRECCIÓN:

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	6657	DFL50170	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	7010	E7200527062F	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	7012	E7200527110F	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	H. PEDIATRÍA	5496	C516110360	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	H. PEDIATRÍA	7178	360069-M21119550028	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	H. PEDIATRÍA	7184	360069-M21119550082	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	H. PEDIATRÍA	7185	360069-M21119550085	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	H. PEDIATRÍA	7186	360069-M21119550091	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	H. PEDIATRÍA	7189	360069-M21119550098	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	H. PEDIATRÍA	7318	360080-M20421870007	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	H. PEDIATRÍA	7319	360080-M20421870005	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I	8135	360080-M21710860010	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I	8136	360080-M21710860011	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I	8137	360080-M21710860013	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I	8138	360080-M21710860015	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I	8139	360080-M21710860016	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I	8140	360080-M21710860017	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I	8141	360080-M21710860019	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I	8142	360080-M2161660001	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I	8143	360080-M2161660002	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I	8144	360080-M2161660006	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA	4219	US12575918	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA	5502	C516110344	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA	5504	C516110361	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA	5505	C516110362	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA	5506	C516110363	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	7072	360080-M20601040030	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	7074	360080-M20421870012	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	7075	360080-M20601040013	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	7079	360080-M20408970004	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	7080	360080-M20601040002	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	7081	360080-M20408970001	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	7082	360080-M20408970008	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	7084	360080-M20421870014	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	7085	360080-M20601040028	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	7086	360080-M20601040021	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	7175	360069-M21119550005	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	7176	360069-M21119550009	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	7177	360069-M21119550020	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	7183	360069-M21119550075	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	8125	360080-M21616600043	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	8126	360080-M21616600044	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	8127	360080-M21616600045	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	8128	360080-M21616600046	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I	8129	360080-M21616600047	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I	8130	360080-M21616600048	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I	8131	360080-M21616600049	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I	8132	360080-M21710860004	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I	8133	360080-M21710860005	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I	8134	360080-M21710860007	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	6973	S2SNF3552	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	6974	S2SNF3583	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	7008	E7200527033F	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	7009	E7200527061F	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	7130	Q068A027340	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	7131	Q068A027346	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	7179	360069-M21119550040	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	7180	360069-M21119550047	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	7181	360069-M21119550049	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	7182	360069-M21119550053	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	8249	Q068A027408	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	8250	Q068A027548	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	8251	Q068A055908	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	8252	Q068A055932	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	5499	C516110350	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	5515	C516110375	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	6947	CN93916787	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	6948	CN93916794	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	6949	CN93916783	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	6950	CN93916781	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	6951	CN93916771	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	6952	CN93916776	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	6953	CN93916789	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	6954	CN93916792	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	6955	CN93916777	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024**

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo**

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	7033	S2SNF3225	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	7034	S2SNF4120	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	7035	S2SNF3216	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	7036	S2SNF4131	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	7037	S2SNF3218	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	7038	S2SNF3222	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	7039	S2SNF3214	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	7040	S2SNF3227	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	7041	S2SNF3215	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	7042	S2SNF3320	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	LABORATORIO CLÍNICO	5501	C516110346	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	OBSERVACIÓN URGENCIAS	4210	US12575921	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	REFERENCIA CONTRARREFERENCIA	7187	360069-M21119550093	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	REFERENCIA CONTRARREFERENCIA	7188	360069-M21119550097	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I. PRIMER PISO	6481	Q068A035110	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I. PRIMER PISO	6482	Q068A035123	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I. PRIMER PISO	6483	Q068A035127	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I. PRIMER PISO	6484	Q068A035179	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I. PRIMER PISO	6485	Q068A035184	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I. PRIMER PISO	6486	Q068A035219	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I. PRIMER PISO	6487	Q068A035220	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I. PRIMER PISO	6488	Q068A035231	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I. PRIMER PISO	6489	Q068A035273	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I. PRIMER PISO	6490	Q068A035279	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I. PRIMER PISO	6680	Q068A035096	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I. PRIMER PISO	6681	Q068A035131	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I. PRIMER PISO	6682	Q068A035187	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I. PRIMER PISO	6683	Q068A035189	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I. PRIMER PISO	6684	Q068A035206	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I. PRIMER PISO	6685	Q068A035208	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I. PRIMER PISO	6686	Q068A035224	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I. PRIMER PISO	6687	Q068A035239	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I. PRIMER PISO	6688	Q068A035240	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I. PRIMER PISO	6689	Q068A035242	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	U.C.I. PRIMER PISO	6690	Q068A035283	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	4220	US12575919	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	5508	C516110365	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	5513	C516110372	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6421	M20213040020	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6956	CN93916773	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6957	CN93916784	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6958	CN93916774	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6959	CN93916772	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6960	CN93916790	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6961	CN93916791	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6962	CN93916775	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6963	CN93916788	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6964	CN93916778	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6965	CN93916690	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6966	CN93916782	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6967	CN93916785	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6968	CN93916793	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6969	CN93916780	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6970	CN93916786	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6971	CN93916779	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7097	360080-M21616600013	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7098	360080-M21616600014	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7099	360080-M21616600015	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7100	360080-M21616600016	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7101	360080-M21616600017	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7102	360080-M21616600018	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7103	360080-M21616600020	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7104	360080-M21616600022	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7105	360080-M21616600025	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7106	360080-M21616600026	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7107	360080-M21616600027	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7108	360080-M21616600030	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7109	360080-M21616600032	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7110	360080-M21616600034	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7111	360080-M21616600035	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7112	360080-M21616600036	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7113	360080-M21616600037	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7114	360080-M21616600038	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	8123	360080-M21616600040	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	8124	360080-M21616600041	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
NEVERA	LABORATORIO CLÍNICO	3738	90701	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
NEVERA	LABORATORIO CLÍNICO	2513	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
NEVERA	LABORATORIO CLÍNICO	2575	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
NEVERA	LABORATORIO CLÍNICO	2585	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
NEVERA	LABORATORIO CLÍNICO	4075	4548	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
NEVERA	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	4327	863131280633	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
NEVERA	H. PEDIATRÍA	4731	060703-00008	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
NEVERA	H. PEDIATRÍA	3979	863140380270	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PIPETA AUTOMATICA	LABORATORIO CLÍNICO	2556	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PIPETA AUTOMATICA	LABORATORIO CLÍNICO	2557	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PIPETA AUTOMATICA	LABORATORIO CLÍNICO	2559	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PIPETA AUTOMATICA	LABORATORIO CLÍNICO	2560	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PIPETA AUTOMATICA	LABORATORIO CLÍNICO	2561	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PIPETA AUTOMATICA	LABORATORIO CLÍNICO	2562	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PIPETA AUTOMATICA	LABORATORIO CLÍNICO	2563	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	H. PEDIATRÍA	1489	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	ENDOSCOPIA	2925	216036-M11801500078	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	H. PEDIATRÍA	5434	316036-M11801500079	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	H. PEDIATRÍA	5526	200800172	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	H. PEDIATRÍA	5527	02Q0900212	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	5528	200800171	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	H. PEDIATRÍA	5651	316036-M16C05920019	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	H. PEDIATRÍA	7002	360101-M21306960041	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	H. PEDIATRÍA	7317	360101-M21306960023	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	URGENCIAS	5979	100485	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
REGULADOR DE OXIGENO	H. PEDIATRÍA	5980	97507	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	ALMACEN	5981	100486	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6710	147195	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6711	147196	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6712	147198	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6713	147214	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6714	147216	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6715	147219	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6716	147220	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6717	147221	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	6718	147222	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	6719	147225	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	URGENCIAS	6720	147226	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA	6721	147227	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	6722	147228	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	H. PEDIATRÍA	6723	10141964	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6725	9145928	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	U.C.I.	7224	317708	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO PORTATIL	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA	4944	16090847	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO PORTATIL	URGENCIAS	4946	16090846	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO PORTATIL	LABORATORIO CLÍNICO	4947	16090845	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO PORTATIL	URGENCIAS	4948	16090858	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO PORTATIL	URGENCIAS	5973	99642	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO PORTATIL	URGENCIAS	5975	99632	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO PORTATIL	URGENCIAS	5977	99633	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
REGULADOR DE OXIGENO PORTATIL	HOME CARE	5978	99628	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO PORTATIL	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6724	140286	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO PORTATIL	U.C.I.	6871	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO PORTATIL	U.C.I.	6872	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO PORTATIL	U.C.I.	6873	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO PORTATIL	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6874	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO PORTATIL	URGENCIAS	6875	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO PORTATIL	REFERENCIA CONTRARREFERENCIA	6876	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO PORTATIL	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA	6877	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENS ANALOGO	FISIOTERAPIA	7195	SZ5201254425	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENS ANALOGO	FISIOTERAPIA	7196	SZ5201254426	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO ADULTO	CONSULTA EXTERNA	4993	102083238	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO ADULTO	CONSULTA EXTERNA	2171	102083238	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO ADULTO	CONSULTA EXTERNA	2172	377204	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO ADULTO	CONSULTA EXTERNA	2751	50615181164	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO ADULTO	AMBULANCIA BASICA	5428	13040891	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO ADULTO	AMBULANCIA MEDICALIZADA	6667	835448	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO ADULTO	AMBULANCIA MEDICALIZADA	4344	965181	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO DE PEDESTAL	CONSULTA EXTERNA	7210	210242013	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO DE PEDESTAL	CONSULTA EXTERNA	7211	210242023	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO DE PEDESTAL	CONSULTA EXTERNA	7212	210242024	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO DE PEDESTAL	CONSULTA EXTERNA	7213	210242033	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO DE PEDESTAL	CONSULTA EXTERNA	7214	210242034	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO DE PEDESTAL	CONSULTA EXTERNA	7215	210242036	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO DE PEDESTAL	CONSULTA EXTERNA	2724	41222074691	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
TENSIOMETRO PEDIATRICO	AMBULANCIA MEDICALIZADA	4345	1065209	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO PEDIATRICO	H. PEDIATRÍA	1491	050615173504	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO PEDIATRICO	AMBULANCIA BASICA	5427	140207065251	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO PEDIATRICO	CONSULTA EXTERNA	5821	1089546	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO PEDIATRICO	CONSULTA EXTERNA	5822	1089546	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO PEDIATRICO	CONSULTA EXTERNA	5823	1089546	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO PEDIATRICO	H. PEDIATRÍA	5828	1089546	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO PEDIATRICO	H. PEDIATRÍA	5829	1089546	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO PEDIATRICO	H. PEDIATRÍA	5830	1089546	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO PEDIATRICO	H. PEDIATRÍA	5831	1089546	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO PEDIATRICO	AMBULANCIA MEDICALIZADA	6669	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO CON SONDA	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	7068	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO CON SONDA	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	7071	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO CON SONDA	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	7064	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO CON SONDA	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	7065	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO CON SONDA	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	7062	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO CON SONDA	REFERENCIA CONTRARREFERENCIA	7069	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO CON SONDA	REFERENCIA CONTRARREFERENCIA	7070	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO CON SONDA	U.C.I.	7066	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO CON SONDA	U.C.I.	7067	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO CON SONDA	URGENCIAS	7063	N/A	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	ALIMENTACION	6073	19426	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	ALIMENTACION	6074	19427	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	CIRUGIA	6063	19409	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	ENDOSCOPIA	6069	19421	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	FARMACIA	6070	19422	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	FARMACIA	6071	19423	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	FARMACIA	6072	19424	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	H. PEDIATRÍA	6061	19407	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	H. PEDIATRÍA	6062	19408	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	6067	19419	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	6068	19420	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	6060	19406	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	6058	19404	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	OBSERVACIÓN URGENCIAS	6066	19418	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	URGENCIAS	6059	19405	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	URGENCIAS	6064	19416	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	URGENCIAS	6065	19417	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOMETRO DIGITAL	ALIMENTACION	5971	NA	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOMETRO DIGITAL	LABORATORIO CLÍNICO	6052	19467	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOMETRO DIGITAL	FARMACIA	6053	19468	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOMETRO DIGITAL	FARMACIA	6054	19469	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOMETRO DIGITAL	LABORATORIO CLÍNICO	6055	19470	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOMETRO DIGITAL	LABORATORIO CLÍNICO	4725	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TORNIQUETE NEUMATICO	CIRUGIA	5749	170680103	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TORNIQUETE NEUMATICO	CIRUGIA	6266	1902080019	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TORNIQUETE NEUMATICO	CIRUGIA	6267	1902080021	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TORNIQUETE NEUMATICO	CIRUGIA	6268	1902080022	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	CIRUGIA	5085	CE 0413	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	CIRUGIA	5086	CE 0413	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DIRECCIÓN:

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
VACUOMETRO	CIRUGIA	5087	0	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	6831	61K200600310183	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	6832	61K200600310184	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	6833	61K200600310188	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	U.C.I.	6409	300VRA-002061	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	U.C.I.	6410	300VRA-002062	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	U.C.I.	6411	300VRA-002063	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	U.C.I.	6412	300VRA-002064	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	U.C.I.	6413	300VRA-002065	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	U.C.I.	6414	300VRA-002066	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	U.C.I.	6415	300VRA-002067	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	U.C.I.	6416	300VRA-002068	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	U.C.I.	6417	300VRA-002069	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	U.C.I.	6418	300VRA-002070	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	U.C.I.	6816	61K200600310001	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	U.C.I.	6817	61K200600310002	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	U.C.I.	6818	61K200600310003	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	U.C.I.	6819	61K200600310004	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	U.C.I.	6820	61K200600310005	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	U.C.I.	6821	61K200600310006	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	U.C.I.	6822	61K200600310007	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	U.C.I.	6823	61K200600310008	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	U.C.I.	6824	61K200600310009	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	U.C.I.	6825	61K200600310010	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	U.C.I.	6826	61K200600310011	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
VACUOMETRO	U.C.I.	6827	61K200600310012	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	U.C.I.	6828	61K200600310054	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	U.C.I.	6829	61K200600310058	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	U.C.I.	6830	61K200600310181	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	U.C.I.	5746	VRA10011AP	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	U.C.I.	5747	VRA10010AP	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR DE TRANSPORTE	AMBULANCIA MEDICALIZADA	7142	4210202	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	U.C.I.	6391	MV2000TZ1E0197	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	U.C.I.	6392	MV2000TZ1E0196	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	U.C.I.	6393	MV2000TA1E0280	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	U.C.I.	6394	MV2000TA1E0281	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	U.C.I.	6395	MV2000TZ1E0198	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	U.C.I.	6396	MV2000TZ1E0200	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	U.C.I.	6397	MV2000TA1E0283	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	U.C.I.	6398	MV2000TA1E0282	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	U.C.I.	6728	VG70(U)XZS30588	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	U.C.I.	6729	VG70(U)XZS30626	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	U.C.I.	6730	VG70(U)XZS30678	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	U.C.I.	6731	VG70(U)XZS33220	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	U.C.I.	6732	VG70(U)XZS33261	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	U.C.I.	6733	VG70(U)XZS33297	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	U.C.I.	6734	VG70(U)XZS33302	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	U.C.I.	6735	VG70(U)XZS33330	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	U.C.I.	6736	VG70(U)XZS33353	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	U.C.I.	6737	VG70(U)XZS33449	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
VENTILADOR MECANICO	U.C.I.	6738	VG70(U)XZZS33513	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	U.C.I.	6739	VG70(U)XZZS33591	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	U.C.I.	6740	VG70(U)XZZS33617	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	U.C.I.	6741	VG70(U)XZZS33662	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	U.C.I.	6742	VG70(U)XZZS33667	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	U.C.I.	6743	VG70(U)XZZS34039	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	U.C.I.	6745	VG70(U)XZZT12818	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	URGENCIAS	6744	VG70(U)XZZS34067	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
VENTILADOR MECANICO	U.C.I.	6673	AY20F017687	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE	AMBULANCIA MEDICALIZADA	6666	4200106	ANUAL	De acuerdo con cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

**EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO
PLANTAS ELECTRICAS**

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
PLANTA ELECTRICA CATERPILLAR 1	PARQUEADERO GERENCIA SEGUIDO SUBESTACION	3589	SR4	ANUAL	1-jul.-24	EMPRESA POR CONTRATAR	Revisión de funcionamiento y voltajes y nivel de batería, cambio de aceite, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, limpieza general . (realizar ajustes necesarios de todo el sistema por mal funcionamiento).
PLANTA ELECTRICA CATERPILLAR 1	PARQUEADERO GERENCIA SEGUIDO SUBESTACION	3590	SR5	SEMANAL	TODOS LOS MESES (ULTIMO VIERNES DE CADA SEMANA)	TECNICOS HDMCR	Revisión de funcionamiento , voltajes y nivel del liquido de batería, nivel de temperatura, nivel del tanque de combustible, nivel agua de radiador, presión de aceite, Revisar aceite de motor, Revisar filtro de aire, revisar nivel de combustible, limpieza general se se requiere.
PLANTA ELECTRICA CATERPILLAR 2	PARQUEADERO GERENCIA SEGUIDO SUBESTACION	NA	NA	ANUAL	20-jul.-24	EMPRESA POR CONTRATAR	Revisión de funcionamiento y voltajes y nivel de batería, cambio de aceite, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, limpieza general . (realizar ajustes necesarios de todo el sistema por mal funcionamiento).
PLANTA ELECTRICA CATERPILLAR 2	PARQUEADERO GERENCIA SEGUIDO SUBESTACION	NA	NA	SEMANAL	TODOS LOS MESES (ULTIMO VIERNES DE CADA SEMANA)	TECNICOS HDMCR	Revisión de funcionamiento , voltajes y nivel del liquido de batería, nivel de temperatura, nivel del tanque de combustible, nivel agua de radiador, presión de aceite, Revisar aceite de motor, Revisar filtro de aire, revisar nivel de combustible, limpieza general se se requiere.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CUARTOS FRIOS Y NEVERAS							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
NEVERA CHALLENGER	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	660	N/A	SEMESTRAL	enero - mayo - septiembre 2024	TECNICOS HDMCR	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA PHILIPS	CIRUGIA CUARTO MEDICOS	1769	N/A	SEMESTRAL	enero - mayo - septiembre 2024	TECNICOS HDMCR	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA CHALLENGER	OBSERVACION URGENCIAS	2098	N/A	SEMESTRAL	enero - mayo - septiembre 2024	TECNICOS HDMCR	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA MABE	UCI CUARTO DE MEDICAMENTOS	2107	N/A	SEMESTRAL	enero - mayo - septiembre 2024	TECNICOS HDMCR	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA HACEB	TALENTO HUMANO	2872	N/A	SEMESTRAL	enero - mayo - septiembre 2024	TECNICOS HDMCR	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA HACEB	ESTADISTICA (ARCHIVO CENTRAL)	3149	N/A	SEMESTRAL	enero - mayo - septiembre 2024	TECNICOS HDMCR	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
CUARTO FRIO	ALIMENTACIÓN	3445	N/A	SEMESTRAL	enero - mayo - septiembre 2024	TECNICOS HDMCR	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
CUARTO FRIO	ALIMENTACIÓN	3446	N/A	SEMESTRAL	enero - mayo - septiembre 2024	TECNICOS HDMCR	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA	SUMINISTROS	3608	N/A	SEMESTRAL	enero - mayo - septiembre 2024	TECNICOS HDMCR	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA SUPERNORDICO	FARMACIA GENERAL	N/A	N/A	SEMESTRAL	enero - mayo - septiembre 2024	TECNICOS HDMCR	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA WHIRLPOOL	FARMACIA CIRUGIA	N/A	N/A	SEMESTRAL	febrero - junio - octubre 2024	TECNICOS HDMCR	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA CASTELL	LABORATORIO CLINICO	4075	N/A	SEMESTRAL	febrero - junio - octubre 2024	TECNICOS HDMCR	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA IMBERA	ORTOPEDIA	4327	N/A	SEMESTRAL	febrero - junio - octubre 2024	TECNICOS HDMCR	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA CHALLENGER	PEDIATRIA CUERTO DE MEDICAMENTOS	4731	N/A	SEMESTRAL	febrero - junio - octubre 2024	TECNICOS HDMCR	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
CONGELADOR HORINZONTAL KALLEY	ALIMENTACIÓN	5956	N/A	SEMESTRAL	febrero - junio - octubre 2024	TECNICOS HDMCR	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
REFRIGERADOR SUPERNORDICO	MORGUE	7962	N/A	SEMESTRAL	febrero - junio - octubre 2024	TECNICOS HDMCR	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
CONGELADOR DE PLASMA FRIMED	LABORATORIO CLINICO	7216	N/A	SEMESTRAL	febrero - junio - octubre 2024	TECNICOS HDMCR	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA INDUCOL	LABORATORIO CLINICO	7058	N/A	SEMESTRAL	febrero - junio - octubre 2024	TECNICOS HDMCR	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
EQUIPOS DE REFRIGERACION							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
AIRE ACONDICIONADO CENTRAL GOODMAN	SIAU	2094	N/A	SEMESTRAL	enero - julio	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO CARRIER	CIRUGIA QUIROFANOS	2096	N/A	SEMESTRAL	enero - julio	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DIRECCIÓN:

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO SANSUNG	CIRUGIA CORTA ESTANCIA	6727	N/A	SEMESTRAL	mayo - noviembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MIRAGE	CENTRAL DE ESTERILIZACION	5663	N/A	SEMESTRAL	febrero - agosto	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO CARRIER	CENTRAL DE ESTERILIZACION	686	N/A	SEMESTRAL	enero - julio	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO KOMFOR ALL	COORDNACION CIRUGIA	4470	N/A	SEMESTRAL	febrero - agosto	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO KOMFOR ALL	ESPECIALISTAS 9	4375	N/A	SEMESTRAL	enero - julio	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO KOMFOR ALL	ESPECIALISTAS 11	4376	N/A	SEMESTRAL	febrero - agosto	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO KOMFOR ALL	ESPECIALISTAS 10	4377	N/A	SEMESTRAL	febrero - agosto	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO KOMFOR ALL	ESPECIALISTAS 7	4430	N/A	SEMESTRAL	febrero - agosto	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO KOMFOR ALL	ESPECIALISTAS 8	4431	N/A	SEMESTRAL	febrero - agosto	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MIRAGE	ESPECIALISTAS CONSULTORIO 1-4	5665	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MIRAGE	ESPECIALISTAS CONSULTORIO 1-4	5666	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	CONSULTORIO ORTOPEDIA	6939	N/A	SEMESTRAL	junio - diciembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO CONFORT NET	TERAPIA OCUPACIONAL	4122	N/A	SEMESTRAL	junio - diciembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	FISIOTERAPIA	NA	N/A	SEMESTRAL	junio - diciembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	FISIOTERAPIA	NA	N/A	SEMESTRAL	junio - diciembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	FARMACIA	NA	N/A	SEMESTRAL	junio - diciembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DIRECCIÓN:

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	FARMACIA	NA	N/A	SEMESTRAL	junio - diciembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MULTIZONE	ORTOPEDIA	4530	N/A	SEMESTRAL	febrero - agosto	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MULTIZONE	ORTOPEDIA	4535	N/A	SEMESTRAL	febrero - agosto	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MULTIZONE	ORTOPEDIA	4537	N/A	SEMESTRAL	febrero - agosto	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MISUBISHI	ENDOSCOPIA	4719	N/A	SEMESTRAL	febrero - agosto	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO HYUNDAI	LABORATORIO CLINICO	4720	N/A	SEMESTRAL	febrero - agosto	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BLUE LINE	LABORATORIO CLINICO	5805	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO KOMFORT ALL	ECOGRAFIA	4227	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO CENTRAL GOODMAN	URGENCIAS	2095	N/A	SEMESTRAL	enero - julio	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MIRAGE	URGENCIAS REANIMACION	6348	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO BLUE LINE PISO TECHO	URGENCIAS MUJERES ESTACION DE ENFERMERIA	4587	N/A	SEMESTRAL	febrero - agosto	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO CARRIER	URGENCIAS CORREDORES	3751	N/A	SEMESTRAL	junio - diciembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO SANSUNG	URGENCIAS SALA DE ESPERA 1	6351	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	MEDICINA INTERNA ESTACIÓN ENFERMERIA	6469	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	MIEDICINA INTERNA	6379	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	MIEDICINA INTERNA	6380	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024**

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DIRECCIÓN:

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	MIEDICINA INTERNA	6381	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	MIEDICINA INTERNA	6382	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	MIEDICINA INTERNA	6383	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	MIEDICINA INTERNA	6384	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	MIEDICINA INTERNA	6385	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	UCI	6386	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	UCI	6387	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	UCI	6388	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	UCI	6389	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	UCI	6390	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	UCI	6391	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	UCI	6392	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	UCI	6393	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	UCI	6394	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	UCI	6395	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	UCI	6396	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024**

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DIRECCIÓN:

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	UCI	6397	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	UCI	6398	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	UCI	6399	N/A	SEMESTRAL	mayo - noviembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	UCI	6400	N/A	SEMESTRAL	mayo - noviembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	UCI	6401	N/A	SEMESTRAL	mayo - noviembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	UCI	6402	N/A	SEMESTRAL	mayo - noviembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	UCI	6403	N/A	SEMESTRAL	mayo - noviembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	UCI	6404	N/A	SEMESTRAL	mayo - noviembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	UCI	6405	N/A	SEMESTRAL	mayo - noviembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	UCI	6406	N/A	SEMESTRAL	mayo - noviembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	UCI	6942	N/A	SEMESTRAL	mayo - noviembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO SANSUNG	UCI	6726	N/A	SEMESTRAL	mayo - noviembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	SUMINISTROS	6941	N/A	SEMESTRAL	mayo - noviembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	MANTENIMIENTO	6057	N/A	SEMESTRAL	junio - diciembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO TRANE	COORDINACIÓN MEDICA	6697	N/A	SEMESTRAL	junio - diciembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	GERENCIA GENERAL	6940	N/A	SEMESTRAL	mayo - noviembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024**

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	6938	N/A	SEMESTRAL	mayo - noviembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO KOMFORT NET	SUBDIRECCION CIENTIFICA	4105	N/A	SEMESTRAL	enero - julio	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT COMFOR FRESH	JURIDICA	6349	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO KOMFORT NET	TALENTO HUMANO	4555	N/A	SEMESTRAL	febrero - agosto	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO KOMFOR ALL	CALIDAD	4573	N/A	SEMESTRAL	febrero - agosto	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO KOMFORT ALL	PLANEACIÓN	5441	N/A	SEMESTRAL	febrero - agosto	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO KOMFOR STAR	FINANCIERO	4453	N/A	SEMESTRAL	enero - julio	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT COMFOR FRESH	FACTURACION	6350	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	CONTRATACION Y MERCADEO	6141	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
INNOVAIR	AUDITORIO	5673	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
INNOVAIR	SISTEMAS	4440	N/A	SEMESTRAL	febrero - agosto	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	AUDITORIA PANACEA	6142	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MIRAGE	CONTROL INTERNO	6347	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO CENTRAL STAR LIGTH	PEDIATRIA 1	5742	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT ELECTROLUX	TALENTO HUMANO	NA	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO CENTRAL STAR LIGTH	QUIRURGICAS	5743	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	TECNICOS HDMCR	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MUEBLES DE USO ASISTENCIAL							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CAMA ELÉCTRICA	BODEGA FISIOTERAPIA	4301	NR	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	BODEGA FISIOTERAPIA	4485	48491	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	BODEGA FISIOTERAPIA	5542	NR	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	BODEGA FISIOTERAPIA	6480	N/A	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	CIRUGÍA RECUPERACIÓN 2	4307	PA63250C-Z01--020014K901004100049	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	CIRUGÍA RECUPERACIÓN 2	4305	PA63250C-Z01--0214K901004100040	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	CIRUGÍA RECUPERACIÓN 2	4304	PA63250C-Z01--0214K901004100042	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	CIRUGÍA RECUPERACIÓN 2	5849	59700	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	CIRUGÍA RECUPERACIÓN 2	4286	NR	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	ENDOSCOPIA	4522	48641	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	ENDOSCOPIA	5847	59701	Anual	Febrero	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 1	7241	6714	Anual	Mayo	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 1	6621	M4V-031	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 1	6627	M4V-013	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 1	6628	M4V-014	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 1	6629	M4V-019	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 1	6634	M4V-026	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 1	7250	6723	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 1	5544	NR	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 1	3928	NR	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 1	6612	M4V-002	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 1	6613	M4V-003	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 1	6617	M4V-027	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024**

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo**

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 1	6618	M4V-028	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 1	6620	M4V-030	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 1	6622	M4V-032	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 1	6630	M4V-020	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 1	6637	M4V-037	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 1	4506	48489	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 1	7227	6700	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 1	7248	6721	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 1	7230	6703	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 1	7228	6701	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 1	7226	6699	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 2	4300	NR	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 2	6471	N/A	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 2	6472	N/A	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 2	6473	N/A	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 2	6474	N/A	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 2	6475	N/A	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 2	6476	N/A	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 2	6477	N/A	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 2	6478	N/A	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA 2	7246	6719	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	ORTOPEDIA	7231	6704	Anual	Mayo	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	ORTOPEDIA	7232	6705	Anual	Mayo	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	ORTOPEDIA	7233	6706	Anual	Mayo	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	ORTOPEDIA	7234	6707	Anual	Mayo	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CAMA ELÉCTRICA	ORTOPEDIA	7235	6708	Anual	Mayo	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	ORTOPEDIA	7236	6709	Anual	Mayo	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	ORTOPEDIA	7237	6710	Anual	Mayo	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	ORTOPEDIA	7238	6711	Anual	Mayo	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	ORTOPEDIA	7240	6713	Anual	Mayo	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	ORTOPEDIA	7242	6715	Anual	Mayo	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	ORTOPEDIA	7243	6716	Anual	Mayo	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	ORTOPEDIA	7244	6717	Anual	Mayo	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	ORTOPEDIA	7245	6718	Anual	Mayo	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	ORTOPEDIA	7249	6722	Anual	Mayo	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	QUIRÚRGICAS	7247	6720	Anual	Mayo	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	QUIRÚRGICAS	4298	NR	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	QUIRÚRGICAS	4306	NR	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	QUIRÚRGICAS	5543	NR	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	QUIRÚRGICAS	5540	NR	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	QUIRÚRGICAS	5547	NR	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	QUIRÚRGICAS	5545	NR	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	QUIRÚRGICAS	5539	NR	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	QUIRÚRGICAS	5541	NR	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	QUIRÚRGICAS	5546	NR	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	QUIRÚRGICAS	5548	NR	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	QUIRÚRGICAS	4303	PAG63250C-Z01-0214K901004100044	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	QUIRÚRGICAS	4308	PA63250C-Z01--0214K901004100048	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	QUIRÚRGICAS	6479	N/A	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	UCI	6611	M4V-001	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CAMA ELÉCTRICA	UCI	6614	M4V-004	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	UCI	6619	M4V-029	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	UCI	6623	M4V-007	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	UCI	6625	M4V-009	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	UCI	6626	M4V-010	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	UCI	6631	M4V-023	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	UCI	6632	M4V-024	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	UCI	6633	M4V-025	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	UCI	6635	M4V-035	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	UCI	6636	M4V-036	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	UCI	6638	M4V-038	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	UCI SEGUNDO PISO	7239	6712	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	UCI HAB 10	7229	6702	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	UCI HAB 15	6624	M4V-008	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	UCI HAB 37	6640	M4V-040	Anual	Junio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS AISL	4285	NR	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS OBSERVACIÓN	5846	NR	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS OBSERVACIÓN	4528	48639	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS OBSERVACIÓN	4500	48645	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS OBSERVACIÓN	4501	49013	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS OBSERVACIÓN	4710	48513	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS OBSERVACIÓN	4711	48515	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS OBSERVACIÓN	4471	48642	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS OBSERVACIÓN	4480	48490	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS OBSERVACIÓN	4299	PAG63250C-Z01-0214K9010041 00043	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS OBSERVACIÓN	4505	48644	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS OBSERVACIÓN	4712	NR	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS OBSERVACIÓN	5848	59699	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS OBSERVACIÓN	3920	26480	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS OBSERVACIÓN	4288	NR	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS OBSERVACIÓN	3931	NR	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS OBSERVACIÓN	6615	M4V-017	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS OBSERVACIÓN	6616	M4V-018	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS OBSERVACIÓN	6639	M4V-039	Anual	Julio	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA MECÁNICA	PEDIATRÍA	4253	38035	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA MECÁNICA	PEDIATRÍA	4252	38039	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA MECÁNICA	PEDIATRÍA	4251	38040	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA MECÁNICA	PEDIATRÍA	4255	38037	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA MECÁNICA	PEDIATRÍA	4249	38036	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMA MECÁNICA	PEDIATRÍA	4250	38038	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,electrico y electronico, llantas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CAMILLA GINECOLOGICA	ENDOSCOPIA	7951	N/A	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Verificación y mantenimiento al sistema eléctrico y electrónico (Cable de poder, fuente de poder, tarjeta electrónica de control y potencia, finales de carrera, control, conectores, interruptores, etc.), Verificación y mantenimiento al sistema eléctrico y electrónico (Cable de poder, fuente de poder, tarjeta electrónica de control y potencia, finales de carrera, control alámbrico, conectores, interruptores, etc.),Verificación y ajuste al sistema de freno, prueba de funcionamiento en todos los movimientos
CAMILLA DE TRANSPORTE	CIRUGÍA ADMISIÓN	1671	65506	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	1676	9802034751	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	1678	64572	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	1668	65503	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	CONSULTA EXTERNA	1675	64570	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	COVE PRIMER PISO	1526	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	ENDOSCOPIA	4425	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	MEDICINA INTERNA 1	6171	68446	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	MORGE	4295	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	MORGE	3824	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	MORGE	4110	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	MORGE	3821	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	MORGE	4113	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	ORTOPEDIA	6172	68448	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CAMILLA DE TRANSPORTE	PATIO UCI	3820	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	PATIO UCI	4111	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	PEDIATRÍA	2240	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	PEDIATRÍA REANIMACIÓN	6170	68634	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	UCI	1672	65047	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS	1647	65508	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS	1669	64564	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS	4294	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS	3825	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS	4109	36858	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS	4107	36857	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS	1667	64568	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS	4292	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS AISL4	4437	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS AISL4	1679	64566	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS CONSL1	2029	63914	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS CONSL2	3819	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS CONSL3	2009	63353	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS CONSL4	4436	46501	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS OBSERVACIÓN	5799	56219	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS OBSERVACIÓN	4263	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS OBSERVACIÓN	4112	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS OBSERVACIÓN	5798	56360	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS OBSERVACIÓN	6173	68633	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS OBSERVACIÓN	2051	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS PASILLO	1670	64573	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS PASILLO	4296	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS PASILLO	4106	36859	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS PASILLO	3822	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS PROCEDIMIENTOS	5795	57071	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS PROCEDIMIENTOS	5796	56359	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS REANIMACIÓN	4108	36860	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS REANIMACIÓN	5800	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS REANIMACIÓN	4438	49343	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	5850	59987	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE HIDRAULICA	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	5851	59990	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE HIDRAULICA	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	5852	59989	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE HIDRAULICA	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	5853	59988	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE HIDRAULICA	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	5946	ISKS18045	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE HIDRAULICA	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	5947	ISKS18056	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE HIDRAULICA	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	5948	ISKS18058	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE HIDRAULICA	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	5949	ISKS18066	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE HIDRAULICA	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	5950	ISKS18070	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE HIDRAULICA	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	5951	ISKS18073	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE HIDRAULICA	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	5952	ISKS18074	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE HIDRAULICA	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	4716	49456	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE HIDRAULICA	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	4715	49466	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CUNA	PEDIATRÍA	4242	38824	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico, llantas, barandas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CUNA	PEDIATRÍA	4245	38832	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico, llantas, barandas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CUNA	PEDIATRÍA	3828	26534	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico, llantas, barandas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CUNA	PEDIATRÍA	4235	38829	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico, llantas, barandas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CUNA	PEDIATRÍA	4238	38828	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico, llantas, barandas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CUNA	PEDIATRÍA	4247	38834	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico, llantas, barandas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CUNA	PEDIATRÍA	4239	38823	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico, llantas, barandas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CUNA	PEDIATRÍA	4248	38826	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico, llantas, barandas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CUNA	PEDIATRÍA	4254	37937	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico, llantas, barandas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CUNA	PEDIATRÍA	4244	38833	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico, llantas, barandas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CUNA	PEDIATRÍA	4240	38831	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico, llantas, barandas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CUNA	PEDIATRÍA	3830	NR	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico, llantas, barandas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024**

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo**

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CUNA	PEDIATRÍA	4243	38827	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,lantas,barandas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CUNA	PEDIATRÍA	4241	38830	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,lantas,barandas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CUNA	PEDIATRÍA	4556	38835	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,lantas,barandas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CUNA	PEDIATRÍA	3829	26535	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,lantas,barandas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CUNA	PEDIATRÍA	4236	38822	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,lantas,barandas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CUNA	PEDIATRÍA	5697	54546	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,lantas,barandas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CUNA	PEDIATRÍA	5717	54550	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,lantas,barandas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CUNA	PEDIATRÍA	5695	54551	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,lantas,barandas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CUNA	PEDIATRÍA	5696	54554	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,lantas,barandas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CUNA	PEDIATRÍA	5698	54548	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,lantas,barandas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CUNA	PEDIATRÍA	5699	54545	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,lantas,barandas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CUNA	PEDIATRÍA	5730	54547	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,lantas,barandas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CUNA	PEDIATRÍA	5728	54552	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,lantas,barandas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CUNA	PEDIATRÍA	5729	54553	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,lantas,barandas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
CUNA	PEDIATRÍA	5731	54549	Anual	Agosto	Proveedor Externo	Inspeccion funcional y estructural, revision sistema mecanico,lantas,barandas, chequeo de pintura y lamina, limpieza general y prueba de funcionamiento
MESA QUIRÚRGICA	CIRUGÍA QUIRÓFANO 1	1530	NR	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Verificación y mantenimiento al sistema eléctrico y electrónico (Cable de poder, fuente de poder, tarjeta electrónica de control y potencia, finales de carrera, control, conectores, interruptores, etc.), Verificación y mantenimiento al sistema eléctrico y electrónico (Cable de poder, fuente de poder, tarjeta electrónica de control y potencia, finales de carrera, control alámbrico, conectores, interruptores, etc.).Verificación y ajuste al sistema de freno. prueba de funcionamiento en todos los movimientos
MESA QUIRÚRGICA	CIRUGÍA QUIRÓFANO 3	3943	M1-3100428	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Verificación y mantenimiento al sistema eléctrico y electrónico (Cable de poder, fuente de poder, tarjeta electrónica de control y potencia, finales de carrera, control, conectores, interruptores, etc.), Verificación y mantenimiento al sistema eléctrico y electrónico (Cable de poder, fuente de poder, tarjeta electrónica de control y potencia, finales de carrera, control alámbrico, conectores, interruptores, etc.).Verificación y ajuste al sistema de freno. prueba de funcionamiento en todos los movimientos
MESA QUIRÚRGICA	CIRUGÍA QUIRÓFANO 4	1610	0418189001	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Verificación y mantenimiento al sistema eléctrico y electrónico (Cable de poder, fuente de poder, tarjeta electrónica de control y potencia, finales de carrera, control, conectores, interruptores, etc.), Verificación y mantenimiento al sistema eléctrico y electrónico (Cable de poder, fuente de poder, tarjeta electrónica de control y potencia, finales de carrera, control alámbrico, conectores, interruptores, etc.).Verificación y ajuste al sistema de freno. prueba de funcionamiento en todos los movimientos

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MESA QUIRÚRGICA	CIRUGÍA QUIRÓFANO 5	3944	M1-32000469	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Verificación y mantenimiento al sistema eléctrico y electrónico (Cable de poder, fuente de poder, tarjeta electrónica de control y potencia, finales de carrera, control, conectores, interruptores, etc.), Verificación y mantenimiento al sistema eléctrico y electrónico (Cable de poder, fuente de poder, tarjeta electrónica de control y potencia, finales de carrera, control alámbrico, conectores, interruptores, etc.).Verificación y ajuste al sistema de freno. prueba de funcionamiento en todos los movimientos
MESA QUIRÚRGICA	CIRUGÍA QUIRÓFANO 6	3730	00155	SEMESTRAL	Febrero Agosto	Proveedor Externo	Verificación y mantenimiento al sistema eléctrico y electrónico (Cable de poder, fuente de poder, tarjeta electrónica de control y potencia, finales de carrera, control, conectores, interruptores, etc.), Verificación y mantenimiento al sistema eléctrico y electrónico (Cable de poder, fuente de poder, tarjeta electrónica de control y potencia, finales de carrera, control alámbrico, conectores, interruptores, etc.).Verificación y ajuste al sistema de freno. prueba de funcionamiento en todos los movimientos
MESA RIÑÓN	CIRUGIA	1535	0	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
MESA RIÑÓN	CIRUGIA	1560	0	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
MESA RIÑÓN	CIRUGIA	1579	0	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
MESA RIÑÓN	CIRUGIA	1605	0	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
MESA RIÑÓN	CIRUGIA	1624	0	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
MESA RIÑÓN	CIRUGIA	1633	0	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
MESA RIÑÓN	CIRUGIA	1636	0	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
MESA DE MAYO	CIRUGIA	1536	0	MENSUAL	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
MESA DE MAYO	CIRUGIA	1558	0	MENSUAL	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
MESA DE MAYO	CIRUGIA	1597	0	MENSUAL	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
MESA DE MAYO	CIRUGIA	1613	0	MENSUAL	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
MESA DE MAYO	CIRUGIA	1632	0	MENSUAL	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
MESA DE MAYO	CIRUGIA	2168	0	MENSUAL	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
MESA DE MAYO	CIRUGIA	2655	0	MENSUAL	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MESA DE MAYO	CIRUGIA	2674	0	MENSUAL	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
MESA DE MAYO	CIRUGIA	2734	0	MENSUAL	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES

PLANTAS DE GASES MEDICINALES

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE VACIO BIGIESSE	Planta de central de gases	0	PBO-6O	SEMESTRAL	JUNIO	CONTRATISTA	MTO PREVENTIVO
COMPRESOR DE AIRE ANEST IWATA	Planta de central de gases	NA			JULIO	CONTRATISTA	MTO PREVENTIVO
POWER OIL FREE AIR	cafeteria y laboratorio parte externa	0	JYK 35	SEMESTRAL	AGOSTO	CONTRATISTA	MTO PREVENTIVO
TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENO LIQUIDO	Parqueadero de gerencia	0	0	ANUAL	JULIO	CONTRATISTA	REVISION DE VALVULAS Y PANEL DIGITAL; LIMPLIEZA E IDENTIFICACION DE VALVULAS

AREAS ADYACENTES

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO DE JARDINES	AREA EXTERNA	0	N/A	MENSUAL	ENERO - DICIEMBRE	JARDINERO HDMCR	PODAR, LIMPIAR, ABONAR, REMOJAR Y RESEMBRAR PERIODICAMENTE

MUEBLES O ENSERES

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
SILLAS, ESCRITORIOS, MESAS, MAQUINARIA	TODAS LAS AREAS	0	N/A	MENSUAL	DE ACUERDO AL FORMATO DE ESTADO DE ACTIVOS FIJOS	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES, FABRICACIÓN

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
TORRE EQUIPO ESCRITORIO	AUDITORIA	3284	S/N	SEMESTRAL	enero-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TORRE EQUIPO ESCRITORIO	FACTURACION	3783	MXL3290M3Y	SEMESTRAL	enero-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TORRE EQUIPO ESCRITORIO	SISTEMAS	3810	1S3660BF9MJXFBBB	SEMESTRAL	enero-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TORRE EQUIPO ESCRITORIO	FACTURACION	3833	MJXFAWC	SEMESTRAL	enero-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TORRE EQUIPO ESCRITORIO	SIAU CITAS	3899	1S3660BF9MJXFBCK	SEMESTRAL	enero-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TODOS EN UNO	MEDICINA INTERNA CUARTO ESTUDIANTES	4694	MJ03Z7KY	SEMESTRAL	enero-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TODOS EN UNO	QUIROFANOS	4695	MJ03Z7FN	SEMESTRAL	enero-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TODOS EN UNO	QUIROFANOS	4696	MJ03Z7LR	SEMESTRAL	enero-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TODOS EN UNO	OBSERVACION URGENCIAS MEDICAMENTOS	4697	MJ03Z7F6	SEMESTRAL	febrero-29-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TODOS EN UNO	PASILLO URGENCIAS	4698	MJ03Z7BV	SEMESTRAL	febrero-29-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TODOS EN UNO	QUIRURGICAS	4700	MJ03Z7M1	SEMESTRAL	febrero-29-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TODOS EN UNO	AMBULATORIOS	4701	MJ03Z7EX	SEMESTRAL	febrero-29-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TODOS EN UNO	JEFE AMBULATORIO	4705	MJ03Z7L4	SEMESTRAL	febrero-29-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TODOS EN UNO	QUIROFANOS	4707	MJ040468	SEMESTRAL	febrero-29-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TODOS EN UNO	ALIMENTACION	4857	MXX5180LD1	SEMESTRAL	febrero-29-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TORRE EQUIPO ESCRITORIO	JURIDICA	4869	MJ73H1T	SEMESTRAL	febrero-29-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TODOS EN UNO	JURIDICA	4870	3CR527041K	SEMESTRAL	marzo-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TODOS EN UNO	CIRUGIA MESON	4898	MXX5180LC7	SEMESTRAL	marzo-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN:

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
TODO EN UNO	MEDICINA INTERNA CUARTO ESTUDIANTES	4899	MXX5180M07	SEMESTRAL	marzo-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TODO EN UNO	SISTEMAS	5090	3CR527041B	SEMESTRAL	marzo-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TORRE EQUIPO ESCRITORIO	CIRUGIA	5093	S/N	SEMESTRAL	marzo-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TORRE EQUIPO ESCRITORIO	SUBDIRECCION CIENTIFICA	6084	JOJW7X2	SEMESTRAL	marzo-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TORRE EQUIPO ESCRITORIO	CALIDAD	6085	JOTV7X2	SEMESTRAL	marzo-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TORRE EQUIPO ESCRITORIO	COMUNICACIONES	6086	H6QCDV2	SEMESTRAL	marzo-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
PORTATIL HP	SISTEMAS	6118	398NTW2	SEMESTRAL	abril-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
PORTATIL HP	AMBULATORIOS	6120	FF8NTW2	SEMESTRAL	abril-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TORRE EQUIPO ESCRITORIO	SECRETARIA GERENCIA	6137	YL00DN70	SEMESTRAL	abril-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
PORTATIL HP	SISTEMAS	6162	B78NTW2	SEMESTRAL	abril-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
PORTATIL HP	SISTEMAS	6163	FHDRTW2	SEMESTRAL	abril-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
PORTATIL HP	SISTEMAS	6165	53GNTW2	SEMESTRAL	abril-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TORRE EQUIPO ESCRITORIO	TESORERIA	6175	7643PX2	SEMESTRAL	abril-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TORRE EQUIPO ESCRITORIO	SISTEMAS	8254	S/N	SEMESTRAL	abril-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TORRE EQUIPO ESCRITORIO	SISTEMAS	8255	S/N	SEMESTRAL	mayo-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TORRE EQUIPO ESCRITORIO	ESTADÍSTICA	8258	MXL1081V7G	SEMESTRAL	mayo-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TORRE EQUIPO ESCRITORIO	TRABAJO SOCIAL	8259	S/N	SEMESTRAL	mayo-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TORRE EQUIPO ESCRITORIO	TRABAJO SOCIAL	8260	MXL1091T9D	SEMESTRAL	mayo-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TORRE EQUIPO ESCRITORIO	HOME CARE	8262	CN74JS1	SEMESTRAL	mayo-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TORRE EQUIPO ESCRITORIO	GESTIÓN DOCUMENTAL	8264	MXL1311XMH	SEMESTRAL	mayo-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TORRE EQUIPO ESCRITORIO	ALMACÉN	8265	JJK3JS1	SEMESTRAL	mayo-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TORRE EQUIPO ESCRITORIO	PROGRAMACION CIRUGIA	8267	S/N	SEMESTRAL	mayo-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TORRE EQUIPO ESCRITORIO	SISTEMAS	8268	S/N	SEMESTRAL	mayo-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TORRE EQUIPO ESCRITORIO	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	8269	S/N	SEMESTRAL	junio-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TORRE EQUIPO ESCRITORIO	FINANCIERO	8272	S/N	SEMESTRAL	junio-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TORRE EQUIPO ESCRITORIO	COORDINACION MEDICA	8273	MXL1091PB6	SEMESTRAL	junio-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TORRE EQUIPO ESCRITORIO	JURIDICA	8274	S/N	SEMESTRAL	junio-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TORRE EQUIPO ESCRITORIO	JURIDICA	8275	MXL2081TD6	SEMESTRAL	junio-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TORRE EQUIPO ESCRITORIO	ENDOSCOPIA	8276	MXL2241LWS	SEMESTRAL	junio-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TODO EN UNO	FACTURACION	8421	DONACION UNIMINUTO	SEMESTRAL	junio-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TODO EN UNO	CALIDAD	8422	DONACION UNIMINUTO	SEMESTRAL	junio-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TODO EN UNO	SISTEMAS SERVIDOR PRUEBA	8423	DONACION UNIMINUTO	SEMESTRAL	junio-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
TODO EN UNO	FINANCIERO	8424	DONACION UNIMINUTO	SEMESTRAL	junio-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO IMPRESORAS Y ESCANERS

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
HP LASERJET P1006	PRESUPUESTO	OO52	VND4840629	SEMESTRAL	enero-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
HP LASERJET P1006	TRABAJO SOCIAL	OO69	VND3125180	SEMESTRAL	enero-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
HP LASERJET P1006	PROGRAMACION DE CIRUGIA	O145	VND4840745	SEMESTRAL	enero-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
HP LASERJET P1005	CENTRAL DE ESTERILIZACION	O633	VNBK00759	SEMESTRAL	febrero-29-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
DATAMAX ONEIL E4205-A	VENTANILLA UNICA(RADICACION)	3901	34969306	SEMESTRAL	febrero-29-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
EPSON DS-770	FACTURACION(ESCANER)	6139	X3FX005400	SEMESTRAL	febrero-29-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
EPSON DS-770	FACTURACION(ESCANER)	6138	X3FX005415	SEMESTRAL	marzo-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
EPSON DS-530	VENTANILLA UNICA(ESCANER)	6140	X2HJ123357	SEMESTRAL	marzo-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
EPSON L210	URODINAMIA	S/N	S/N	SEMESTRAL	marzo-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
HP LASERJET PRO M201DW	JEFE HOPITALIZACION Y CIRUGIA	S/N	S/N	SEMESTRAL	abril-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
HP LASERJET PRO M201DW	TALENTO HUMANO	S/N	VNB3C58468	SEMESTRAL	abril-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
HP LASERJET PRO 400 MFP M425DN	ALMACEN	S/N	CNF8H646JH	SEMESTRAL	abril-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
HP LASERJET PRO M201DW	ARCHIVO	S/N	VNB3C46646	SEMESTRAL	mayo-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
HP LASERJET PRO M201DW	ENDOSCOPIA	S/N	VNB3C46643	SEMESTRAL	mayo-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
EPSON L3210	GERENCIA	8359	XAGB326260	SEMESTRAL	mayo-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
HP LASERJET P1006	CALIDAD	3033	VND4839988	SEMESTRAL	junio-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
KODAK I2600	FACTURACION(ESCANER)	8584	49386265	SEMESTRAL	junio-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
KODAK I2600	FACTURACION(ESCANER)	S/N	49386221	SEMESTRAL	junio-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO

LUZ YAMILETH GARZÓN SANCHEZ
GERENTE

ALEXANDER ORDOÑEZ CASTILLO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

WILLIAM ROMERO QUINTERO
SUBDIRECTOR CIENTIFICO

JAIME FLOR GUTIERREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (MANTENIMIENTO)

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2024

ANEXO No. 1

SNS 3000-PMH

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca

Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo


NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DIRECCIÓN:


PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
EPSON DS-530	VENTANILLA UNICA(ESCANER)	6140	X2HJ123357	SEMESTRAL	marzo-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
EPSON L210	URODINAMIA	S/N	S/N	SEMESTRAL	marzo-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
HP LASERJET PRO M201DW	JEFE HOPITALIZACION Y CIRUGIA	S/N	S/N	SEMESTRAL	abril-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
HP LASERJET PRO M201DW	TALENTO HUMANO	S/N	VNB3C58468	SEMESTRAL	abril-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
HP LASERJET PRO 400 MFP M425DN	ALMACEN	S/N	CNF8H646JH	SEMESTRAL	abril-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
HP LASERJET PRO M201DW	ARCHIVO	S/N	VNB3C46646	SEMESTRAL	mayo-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
HP LASERJET PRO M201DW	ENDOSCOPIA	S/N	VNB3C46643	SEMESTRAL	mayo-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
EPSON L3210	GERENCIA	8359	XAGB326260	SEMESTRAL	mayo-31-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
HP LASERJET P1006	CALIDAD	3033	VND4839988	SEMESTRAL	junio-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
KODAK I2600	FACTURACION(ESCANER)	8584	49386265	SEMESTRAL	junio-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO
KODAK I2600	FACTURACION(ESCANER)	S/N	49386221	SEMESTRAL	junio-30-2024	TECNICO HDMCR	MTO PREVENTIVO


LUZ YAMILETH GARZÓN SANCHEZ
GERENTE


ALEXANDER ORDOÑEZ CASTILLO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


WILLIAM ROMERO QUINTERO
SUBDIRECTOR CIENTIFICO


JAIME FLOR GUTIERREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (MANTENIMIENTO)